



DTX Studio™ Clinic

Version 3.4

Instructions d'utilisation

Table des matières

Introduction	6
Déni de responsabilité	6
Description du dispositif	6
Utilisation prévue	6
Utilisation prévue/Indications	6
Utilisateur prévu et groupe cible de patients prévu	6
Compatibilité requise avec d'autres dispositifs	6
Capteurs intra-oraux	6
Caméras intra-orales	7
Scannage numérique endobuccal	7
Logiciel	7
Dispositifs avec fonction de mesure - Caractéristiques de performance	7
Contre-indications	7
Cybersécurité	7
Compatibilité	7
Interopérabilité	7
Durée de vie prévue	8
Exigences et limites des performances	8
Avantages cliniques et effets secondaires indésirables	8
Installation et formation	8
Avis concernant des incidents graves	8
Usage professionnel	8
Configuration requise	8
Installation du logiciel	8
Instructions de manipulation	8
Avertissements, mises en garde et précautions	9
Avertissements	9
Mises en garde/Précautions	11
Configuration requise	13
Démarrage	14
Démarrage du logiciel	14
Fermeture du logiciel	14
Exploration de DTX Studio™ Home	14
Exploration de la zone de notification	15
Réglage des paramètres	15

Réglage des paramètres par défaut de DTX Studio Home	15
Importation ou exportation des paramètres	15
Modification de la langue et du format de la date/l'heure	15
Réglage des paramètres de conformité DICOM	16
Définition des filtres d'image par défaut	16
Désactivation de l'autorotation des images endobuccales	16
Désactivation du réglage automatique des valeurs de luminosité et de contraste	16
Connexion à DTX Studio Core	17
Ajout d'une application au volet Action	17
Activation de l'intégration au logiciel de gestion de cabinet (PMS)	17
Ajout d'un dispositif compatible TWAIN	18
Configuration du dossier direct pour détecter les images de dispositifs tiers	18
Définition des dossiers d'exportation par défaut	18
Activer Enregistrer automatiquement à la fermeture de DTX Studio Clinic	18
Ressources d'apprentissage et contact avec l'assistance	19
Affichage de l'ensemble des ressources d'apprentissage et des raccourcis clavier	19
Contact du service client	19
Vue d'ensemble des principales caractéristiques	20
Dossiers patient	21
Création d'un nouveau dossier patient	21
Gestion des dossiers patient	21
Gestion des options de confidentialité	21
Recherche et tri des dossiers patient	22
Tri de la liste des patients	22
Recherche d'un patient	22
Exportation d'un dossier patient	22
Gestion des données	23
Importation des données	23
Importation d'images à partir de dispositifs tiers	23
Glisser-déposer d'images et de fichiers dans un dossier patient ou DTX Studio Clinic	23
Importation de données depuis DTX Studio Clinic	23
Importation de radiographies 3D	23
Importation d'acquisitions IO	24
Importation de scans de visage	24
Importation d'images 2D	24
Importation à partir du presse-papiers	24
Importation à partir du logiciel 3Shape Dental Desktop	25
Importation d'une planification chirurgicale	25

Partage de données	25
Partage des données des patients via DTX Studio Go	25
Partage d'une présentation 3D	26
Partage d'images 2D par e-mail ou transfert vers une application tierce	26
Exportation de données	27
Exportation d'un dossier patient	27
Exportation des données patient	27
Exportation de la planification de l'implant vers X-Guide	27
Demandes d'acquisition	28
Planification d'une acquisition	28
Recherche et tri des demandes d'acquisition	28
Tri de la liste des demandes d'acquisition	28
Recherche d'une demande d'acquisition	28
Gestion des demandes d'acquisition	29
Processus de numérisation	29
Définition d'un processus de numérisation	29
Application d'un processus de numérisation	29
Réalisation d'une numérisation	30
Réalisation d'une numérisation planifiée	30
Réalisation d'une numérisation immédiate	30
Acquisition guidée avec des capteurs intra-oraux ou des dispositifs PSP	30
Acquisition libre avec des capteurs intra-oraux ou des dispositifs PSP	31
Acquisition d'images guidée avec des caméras intra-orales	32
Acquisition d'images libre avec des caméras intra-orales	32
Scannage numérique endobuccal	33
Scanner 3Shape TRIOS®	33
Scanners DEXIS et Medit	33
Acquisition de données de scannage endobuccal	33
Réouverture d'un cas de numérisation	33
Reprise d'acquisition DEXIS IS ScanFlow	34
Activation des fonctionnalités avancées de ScanFlow	34

Réalisation d'un diagnostic ou planification d'un traitement	35
Exploration de DTX Studio Clinic	35
Utilisation du menu Patient	36
Options du menu	36
Actions	36
Schéma dentaire	36
Modification du schéma dentaire	37
Données du diagnostic	37
Réglage de l'arrière-plan de la vue 3D et de la vue de l'acquisition IO	37
Réglage du niveau de zoom par défaut des images	38
Interaction avec les vues	38
Espaces de travail	39
Personnalisation des espaces de travail	42
Afficher toutes les informations dentaires associées avec SmartFocus™	42
Personnaliser les vues avec SmartLayout™	42
Fusion des acquisitions IO avec des radiographies 3D	43
Utilisation de la barre de vignettes	43
Ajouter des résultats de diagnostic	43
Schéma dentaire SmartPanel	44
Ajustement des coupes	44
Découpe du volume 3D	44
Utiliser des caméras intra-orales dentaires dans les espaces de travail	45
Modification d'images dans l'espace de travail Vues cliniques	45
Outils	46
Rapports	50
Création de rapports	50
Ajout de logos personnalisés de cabinets	50
Ouverture de DTX Studio Implant	51
Connexion à DTX Studio Clinic et DTX Studio Implant	51
Lancement de DTX Studio Implant	51
Commandes et collaborations partenaires	51
Commande d'une planification chirurgicale, d'un guide chirurgical ou d'une restauration	51
Établissement d'une connexion avec un partenaire	52
Commande directe auprès d'un partenaire	52
Affichage du cas partenaire ou ajout de nouvelles données	52
Détection de la zone cible	53
Qu'est-ce que la détection de zone cible ?	53
Utilisation de la détection de zone cible	53

Introduction

Déni de responsabilité

Ce produit fait partie intégrante d'un concept et ne peut être utilisé qu'avec les produits d'origine associés selon les instructions et recommandations de Nobel Biocare, désigné ci-après comme « la société ». L'utilisation non recommandée de produits fabriqués par des tiers avec des produits de la société annule toute garantie ou toute autre obligation, expresse ou tacite. L'utilisateur se doit de déterminer si un produit est adapté à un patient et à des circonstances spécifiques. La société décline toute responsabilité, expresse ou implicite, et ne saurait être tenue responsable de dommages directs, indirects, disciplinaires ou autres, résultant de, ou en lien avec, toute erreur de jugement ou de pratique professionnelle dans le cadre de l'utilisation de ces produits. L'utilisateur a également l'obligation d'étudier régulièrement les derniers développements relatifs à ce produit et à ses applications. En cas de doute, l'utilisateur doit contacter la société. L'utilisation de ce produit étant sous le contrôle de l'utilisateur, cette tâche relève de sa responsabilité. La société décline toute responsabilité relative aux dommages résultant des éléments cités ci-dessus. Veuillez noter qu'il se peut que la vente de certains produits mentionnés dans ces instructions d'utilisation ne soit pas autorisée dans tous les pays.

Avant d'utiliser DTX Studio Clinic, lire avec attention ces instructions d'utilisation et les conserver pour les consulter ultérieurement. À noter que les informations fournies dans ce document sont destinées à une mise en route rapide.

Description du dispositif

DTX Studio Clinic est une interface logicielle pour les praticiens dentaires/médicaux utilisée pour analyser les données d'imagerie 2D et 3D, en temps voulu, dans le cadre du traitement des pathologies dentaires, crano-maxillo-faciales et connexes. DTX Studio Clinic affiche et traite les données d'imagerie de différents dispositifs (par ex., radiographies endobuccales, scanners TDM(CB), scanners endobuccaux et caméras intra-orales et extra-orales).

DTX Studio Clinic dispose d'un algorithme de détection de zone cible codé par IA qui analyse les radiographies endobuccales à la recherche de résultats dentaires ou d'artefacts. Les zones cibles détectées peuvent ensuite être converties en résultats après approbation par l'utilisateur.

Utilisation prévue

L'utilisation prévue du logiciel est de faciliter le procédé de diagnostic et la planification du traitement des protocoles dentaires et crano-maxillo-faciaux.

Utilisation prévue/ Indications

DTX Studio Clinic est un logiciel d'acquisition, de gestion, de transfert et d'analyse d'informations relatives aux images dentaires et crano-maxillo-faciales. Il peut être utilisé pour aider à détecter des résultats dentaires suspectés et pour fournir des informations de conception pour les solutions prothétiques dentaires.

Il affiche et améliore les clichés numériques provenant de différentes sources pour soutenir le procédé de diagnostic et la planification du traitement. Il stocke et fournit ces images dans le système ou sur un réseau d'ordinateurs situés à différents endroits.

Utilisateur prévu et groupe cible de patients prévu

DTX Studio Clinic est utilisé par une équipe de traitement interdisciplinaire, afin de l'aider dans le traitement de patients bénéficiant de soins dentaires, crano-maxillo-faciaux ou apparentés.

Compatibilité requise avec d'autres dispositifs

L'écosystème DTX Studio est compatible avec les systèmes d'exploitation les plus utilisés Windows et Mac, y compris les dernières versions.

Capteurs intra-oraux

DEXIS™ Titanium, DEXIS Platinum, GXS-700™, DEXIS IXS™, Gendex™ GXS-700.

Caméras intra-orales

DEXIS DexCAM™ 4 HD, DEXIS DexCAM 3, DEXIS DexCAM 4, Gendex GXC-300™, KaVo DIAGNOcam™ Vision Full HD, KaVo DIAGNOcam, CariVu™, KaVo ERGOcam™ One.

Scannage numérique endobuccal

Compatibilité avec le logiciel MEDIT Link* et MEDIT Scan pour DTX Studio*, qui prend en charge les scanners endobuccaux MEDIT™ i500/X 500 et MEDIT i700/X 700 ou d'autres modèles compatibles.

Compatibilité avec DEXIS™ IS ScanFlow* qui prend en charge les scanners endobuccaux CS 3600/DEXIS IS 3600, CS 3700/DEXIS IS 3700 et CS 3800/DEXIS IS 3800 ou d'autres modèles compatibles.

Logiciel

DTX Studio Core*, DTX Studio Implant, DTX Studio Go, DTX Studio Lab*, CyberMed OnDemand3D™*, Osteoid (anciennement Anatomage) InVivo™.

* Produit disponible uniquement pour le système d'exploitation Windows.

Dispositifs avec fonction de mesure - Caractéristiques de performance

L'exactitude et la précision de la mesure sont de 0,1 mm pour les mesures linéaires et de 0,1 degré pour les mesures d'angles, en fonction de l'entrée des scanners de tomodensitométrie, obtenue conformément aux instructions d'utilisation de l'équipement du scanner, avec une taille du voxel de 0,5 mm x 0,5 mm x 0,5 mm.

DTX Studio Clinic rapporte la valeur, arrondie à un chiffre après la virgule décimale, en fonction des points sélectionnés par l'utilisateur.

Contre-indications

S/O

Cybersécurité

Il est recommandé de disposer d'un antivirus actif et à jour et d'un logiciel contre les programmes malveillants, ainsi que d'un pare-feu correctement configuré sur l'ordinateur avec lequel vous prévoyez d'utiliser DTX Studio Clinic.

Il est également fortement recommandé d'installer la dernière mise à jour disponible de la version de votre système d'exploitation (OS), car cela corrigera les bugs ou les vulnérabilités connus en gardant les utilisateurs et les systèmes informatiques plus sécurisés.

En outre, l'ordinateur doit toujours être verrouillé lorsqu'il est laissé sans surveillance. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une manipulation involontaire du diagnostic et de la planification ou du traitement.

Il est fortement recommandé de démarrer DTX Studio Clinic sans privilèges administratifs. Le non-respect de cette consigne peut entraîner le démarrage involontaire d'exécutables tiers malveillants.

Compatibilité

DTX Studio Clinic est connecté à d'autres dispositifs médicaux et est compatible avec les versions précédentes de DTX Studio Clinic.

Interopérabilité

DTX Studio Clinic est interopérable avec :

- DTX Studio Core.
- DTX Studio Implant.
- DTX Studio Go.
- DTX Studio Lab.
- CyberMed OnDemand3D.
- MEDIT Scan pour DTX Studio.
- Medit Link.
- DEXIS IS ScanFlow.

Durée de vie prévue

Pour les logiciels, la durée de vie prévue est de trois ans. Lorsqu'il est utilisé sur les systèmes d'exploitation pris en charge, le logiciel continuera à fonctionner conformément à son utilisation prévue.

Exigences et limites des performances

Il convient de s'assurer d'utiliser DTX Studio Clinic exclusivement avec les systèmes d'exploitation appropriés. Voir la rubrique [Configuration requise](#) dans les instructions d'utilisation pour plus d'informations.

Avantages cliniques et effets secondaires indésirables

DTX Studio Clinic est un composant du traitement dentaire ou cranio-maxillo-facial. Les praticiens peuvent s'attendre à ce que le logiciel prenne en charge le procédé de diagnostic et de planification du traitement.

Aucun effet secondaire indésirable n'a été identifié pour DTX Studio Clinic.

Installation et formation

Qu'ils soient débutants ou expérimentés dans le domaine des implants, des solutions prothétiques et du logiciel associé, il est vivement recommandé aux praticiens de toujours suivre une formation spéciale avant de mettre en œuvre une nouvelle méthode de traitement.

Nobel Biocare propose une large gamme de formations pour divers niveaux de connaissances et d'expérience.

Pour plus d'informations, consulter notre site Web de formation à l'adresse tw.dtxstudio.com.

Avis concernant des incidents graves

Si, lors de l'utilisation de ce dispositif ou du fait de son utilisation, un incident grave s'est produit, prière de le signaler au fabricant et à votre autorité nationale. Voici les coordonnées du fabricant du dispositif auquel signaler un incident grave :

Nobel Biocare AB

<https://www.nobelbiocare.com/complaint-form>

Usage professionnel

DTX Studio Clinic est réservé à un usage professionnel.

Configuration requise

Nous conseillons de vérifier la rubrique [Configuration requise](#) avant de lancer l'installation du logiciel. Pour plus d'informations sur la configuration minimale et/ou recommandée, veuillez contacter le service client. Il se peut que les nouvelles versions du logiciel nécessitent une configuration plus avancée du matériel ou du système d'exploitation.

Installation du logiciel

Pour plus d'informations sur la procédure d'installation du logiciel, veuillez contacter le technicien agréé ou le service client.

Instructions de manipulation

Pour plus d'informations sur l'utilisation du logiciel, prière de vous reporter aux instructions détaillées plus loin dans ces instructions d'utilisation.

Avertissements, mises en garde et précautions

Avertissements

Les avertissements suivants apparaissent dans le logiciel.



- **Le nom dans les fichiers DICOM diffère du nom du patient.**

Afin de réduire le risque d'utilisation de données incorrectes lors de la création d'un modèle patient, vérifier le nom du patient et vérifier si celui-ci et le nom utilisé dans la série DICOM correspondent.
- **Impossible d'ajouter la radiographie 3D au diagnostic actuel.**

Le diagnostic actuel comprend une radiographie 3D liée à une planification chirurgicale. Créer un nouveau diagnostic pour importer l'acquisition 3D.
- **Impossible d'ajouter la planification chirurgicale au diagnostic actuel.**

Sélectionner une planification chirurgicale basée sur la radiographie 3D incluse dans le diagnostic actuel.
- **L'exportation d'images en 8 bits peut entraîner une perte de la netteté.**

Il est recommandé d'exporter les images dans un autre format afin de conserver leur qualité.
- **Ne pas exposer le patient.**

Impossible d'armer le dispositif. Dans ce cas, il ne peut pas recevoir de radiation par radiographie. Réessayer en reconnectant et en redémarrant le dispositif. Si le problème n'est pas résolu, contacter le service client de votre dispositif.
- **Préparation de votre capteur pour la prochaine exposition. Veuillez patienter.**

Le dispositif est en train d'être réarmé. Dans ce cas, il ne peut pas recevoir de radiation par radiographie.
- **Vérifier les paramètres de la demande d'acquisition sur le dispositif.**

Avant d'exposer le patient, vérifier les paramètres sur le dispositif.
- **Il n'est pas conseillé de modifier le plan de traitement sans l'utilisation des formes d'implants réelles.**

Les formes réelles peuvent être téléchargées sur DTX Studio Go.
- **L'image a été retournée.**

Cet avertissement s'affiche lorsque les images sont retournées manuellement (horizontalement ou verticalement) par les utilisateurs.
- **Le tri automatique des images endobuccales (MagicAssist™) est destiné à être utilisé uniquement pour la denture adulte sans gémation, chevauchement ou macrodentie.**

Pour réduire le risque d'utilisation de MagicAssist sur des images de patients inappropriées.
- **Des différences de visualisation des données (orientation de la visionneuse, couleur des objets) ainsi que d'avertissements peuvent exister entre les logiciels DTX Studio Clinic et X-Guide.**



– **Implants non pris en charge.**

DTX Studio Clinic ne prend en charge qu'une gamme d'implants qui peuvent être exportés vers X-Guide™. Les implants non pris en charge ne seront pas inclus dans le fichier X-Guide.

– **L'implant est trop proche d'une structure anatomique annotée.**

Un implant est prévu trop près d'une structure anatomique annotée (par exemple un nerf annoté). S'assurer que l'implant n'est pas en contact avec une structure anatomique.

– **Les implants se heurtent.**

Certains implants se heurtent. Cette situation peut engendrer des problèmes durant la chirurgie. Une révision du plan de traitement est recommandée.

En outre, plusieurs avertissements techniques (par ex. données TDM incohérentes) s'affichent dans DTX Studio Clinic.

Il est fortement recommandé aux utilisateurs de suivre les instructions et les notifications techniques du logiciel pour réduire le risque d'une numérisation imprécise.

Le tri automatique des images endobuccales (MagicAssist) est destiné à être utilisé uniquement pour la denture adulte sans gémation, chevauchement ou macrodentie.

Le praticien ne doit pas se fier uniquement au résultat identifié par la détection de la zone cible, mais il doit effectuer un examen systématique complet, interpréter l'ensemble des données du patient et recourir à d'autres méthodes de diagnostic différentiel.

La détection de la zone cible est limitée aux images où la détection peut être effectuée.

La détection automatique des zones cibles est destinée à être utilisée uniquement pour la denture adulte sans gémation, chevauchement ou macrodentie.

Mises en garde/Précautions



- Il est conseillé aux utilisateurs de se former avant d'entreprendre une nouvelle méthode de traitement ou d'utiliser un nouveau dispositif.
- Lorsqu'un nouveau dispositif ou une nouvelle méthode de traitement est utilisé(e) pour la première fois, le fait de travailler avec un collaborateur ayant une solide expérience du nouveau dispositif ou de la nouvelle méthode de traitement permet d'éviter d'éventuelles complications.
- L'utilisateur doit s'assurer que les mouvements du patient restent à leur minimum pendant le procédé de numérisation afin de réduire le risque d'une numérisation incorrecte.
- Le manque de connaissance et de compréhension du logiciel peut entraîner le retard ou le report du diagnostic et de la planification ou du traitement proprement dit.
- Lors de l'utilisation des outils de diagnostic et de plan de traitement fournis dans le logiciel, il est important de porter une attention particulière aux éléments suivants :
 - exactitude des indications mentionnées (visualisations, mesures, structures critiques, données importées, planification de l'implant).
 - exactitude du résultat des fonctions automatisées (alignement des acquisitions dentaires, comblement automatique des trous et segmentation des voies aériennes).
 - exactitude de l'ID patient (après l'ouverture d'un dossier patient via les systèmes PMS et lors de la création de demandes d'acquisition).
 - données actualisées et non périmées.

Le non-respect de ces consignes augmente le risque de révision du diagnostic et de la planification ou du traitement, ce qui peut ensuite entraîner le retard ou le report du diagnostic et de la planification ou du traitement proprement dit.

- Il est recommandé d'être très prudent lors de l'utilisation de dispositifs d'acquisition d'images. Une utilisation incorrecte peut entraîner le retard ou le report d'un diagnostic et d'une planification, d'un traitement ou d'une exposition du patient aux radiations supplémentaire et inutile.
- Lors de l'extraction d'un rapport ou de données patient depuis le logiciel, il est important de savoir que les données patient non anonymisées peuvent être utilisées à des fins incorrectes sans le consentement du patient.
- Il est recommandé de prêter une attention particulière à la numérotation dentaire et aux repères d'orientation des vues. Un numéro de dent mal attribué ou une mauvaise orientation du patient peuvent entraîner un traitement incorrect sur le patient.
- Après la mise à jour de la version du logiciel, il est recommandé de vérifier les paramètres critiques des cas patients ouverts et/ou du plan de traitement pour s'assurer que ces paramètres sont corrects dans la nouvelle version du logiciel. Des paramètres incorrects peuvent entraîner un retard ou un report du diagnostic et de la planification ou du traitement proprement dit.
- Il est recommandé de disposer d'un antivirus actif et à jour et d'un logiciel contre les programmes malveillants, ainsi que d'un pare-feu correctement configuré sur l'ordinateur avec lequel vous prévoyez d'utiliser DTX Studio Clinic. En outre, l'ordinateur doit toujours être verrouillé lorsqu'il est laissé sans surveillance. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une manipulation involontaire du diagnostic et de la planification ou du traitement.



- Il est recommandé de porter une attention particulière à la planification de l'implant créée et au positionnement des implants les uns par rapport aux autres, ainsi qu'aux autres structures anatomiques importantes. De plus, il faut toujours vérifier que la bonne planification de l'implant a été sélectionnée pour l'exportation et que la planification de l'implant exportée contient toutes les informations nécessaires pour la chirurgie implantaire.

Le non-respect de ces consignes augmente le risque de révision du diagnostic et de la planification ou du traitement, ce qui peut ensuite entraîner le retard ou le report du diagnostic et de la planification ou du traitement proprement dit.

SUPERSEDED

Configuration requise

Système d'exploitation¹	Windows® 11 ou 10, 64 bits (éditions Pro et Enterprise) macOS Ventura (13) ou Monterey (12) (Mac Intel® et Apple Silicon Mac avec puce M1 ou supérieure) sur les appareils : iMac, Mac Mini, Mac Pro, MacBook Pro, MacBook Air. ²	
	Configuration de base (imagerie 2D uniquement)	Configuration recommandée (imagerie 2D et 3D avec meilleures performances)
CPU	Double ou quadruple cœur	Quadruple cœur 2,8 GHz (Intel Core i5 ou i7)
RAM	4 Go	8 Go ou plus
Carte graphique	Carte d'extension dédiée d'entrée de gamme ou carte graphique intégrée Intel. Les processeurs Intel de 6e génération avec carte graphique Intel intégrée de 9e génération ou supérieure sont pris en charge. La prise en charge d'OpenGL® 3.3 est nécessaire ³ .	Carte graphique complémentaire dédiée avec prise en charge optimale de la 3D (OpenGL 3.3) et 2 Go de mémoire VRAM ou plus. Pour les écrans 4K, un minimum de 4 Go de VRAM est conseillé.
Espace disque	10 Go d'espace disque disponible pour l'installation et espace disque supplémentaire pour les données créées par l'utilisateur. Généralement, un fichier de données patient 2D dans DTX Studio Clinic prend environ 10 Mo.	10 Go d'espace disque disponible pour l'installation et espace disque supplémentaire pour les données créées par l'utilisateur. Généralement, un fichier de données patient 3D dans DTX Studio Clinic prend environ 250 Mo.
Réseau	Connexion Internet haut débit avec une vitesse de transfert de 3 Mbps et une vitesse de téléchargement de 30 Mbps. Il est recommandé de toujours être connecté à Internet. Si cela n'est pas possible, il faut établir une connexion au moins une fois tous les 14 jours ; dans le cas contraire, l'accès à DTX Studio Clinic pourrait être momentanément suspendu.	
Disque dur	Installer uniquement DTX Studio Clinic sur un lecteur HFS+ ou HFSJ non sensible à la casse sur les dispositifs Mac.	
Écran	Full HD (1920 × 1080) ou supérieur. Des informations pourraient manquer en cas d'utilisation de la mise à l'échelle de l'affichage. Pour cette raison, la résolution mise à l'échelle équivalente ne doit pas être inférieure à 1920 x 1080.	
LAN	Si DTX Studio Clinic est installé avec DTX Studio Core, il est recommandé de disposer d'un réseau Gigabit local.	

¹ Il est fortement recommandé d'installer la dernière mise à jour disponible de la version de votre système d'exploitation (OS).

² Les cartes graphiques de certaines configurations de MacBook Air® et Mac® Mini présentent des restrictions concernant le rendu de volume. Envisager de sélectionner un rendu de volume à faible résolution.

³ Pour vérifier la version OpenGL® de votre carte graphique, consulter le site <http://realtech-vr.com/admin/glview>.

Démarrage

Démarrage du logiciel

1. Ouvrir DTX Studio Clinic :
 - Sous Windows, double-cliquer sur l'icône de raccourci  sur le Bureau.
 - Sur macOS, cliquer sur l'icône de raccourci  dans le dossier Applications du Finder ou dans le Dock.
2. Sélectionner l'utilisateur.
3. Saisir votre mot de passe.
4. Cliquer sur **Connecter**.

Remarques

Si l'authentification à deux facteurs a été configurée sur DTX Studio Go, tous les 30 jours, vous devrez également saisir un code de vérification à six chiffres pour vous connecter.

Le logiciel DTX Studio Clinic doit toujours être connecté à Internet. Si cela n'est pas possible, il faut établir une connexion au moins une fois tous les 14 jours ; dans le cas contraire, l'accès à DTX Studio Clinic pourrait être momentanément suspendu.

Fermeture du logiciel

S'assurer de fermer toutes les instances actives de DTX Studio Clinic et du module de numérisation*.

Cliquer sur **Menu** et sélectionner **Fermer l'application**.


Remarque

Si vous utilisez le bouton de fermeture , le logiciel continue de fonctionner en arrière-plan pour permettre la synchronisation des données et une réponse plus rapide lors de la réouverture de DTX Studio Home/DTX Studio Clinic.

* Il se peut que le module soit sous licence.

Exploration de DTX Studio™ Home

DTX Studio Home est la zone de travail dans laquelle vous sélectionnez et gérez les dossiers des patients, les demandes d'acquisition, les commandes et les paramètres généraux.



- 1 Barre latérale
- 2 Liste des patients
- 3 Panneau Action
- 4 Panneau Détails

Exploration de la zone de notification

L'icône  dans la zone de notification permet d'accéder aux paramètres de DTX Studio Home () et aux onglets suivants :

- **Notifications** : montre les dossiers patient téléchargés ou synchronisés avec DTX Studio Core.
- **DTX** : fournit un accès rapide à DTX Studio Core () , à DTX Studio Go () , aux rapports d'exposition* , à QuickPrescribe* , au Centre de numérisation* ou à une application tierce liée.
- **Appareils** : répertorie les dossiers directs pour l'importation d'images de dispositifs tiers, affiche les dispositifs d'acquisition et leurs statuts (connectés via USB ou TWAIN  , en ligne  , occupé  ou hors ligne ). Cliquer sur  pour accéder aux paramètres de l'appareil, aux paramètres d'importation des dossiers ou pour désactiver les appareils inutiles.

* Nécessite DTX Studio Core.

Réglage des paramètres

Réglage des paramètres par défaut de DTX Studio Home

1. Cliquer sur **Menu** .
2. Cliquer sur **Paramètres** .

Importation ou exportation des paramètres

Créer ou importer un fichier de paramètres contenant les préférences définies. Cela peut être utile pour exporter des paramètres vers une nouvelle installation, partager des paramètres avec d'autres utilisateurs de DTX Studio Clinic, ou faire une sauvegarde.

Remarque

Consulter la rubrique « Partager les paramètres » dans les fichiers d'aide pour un aperçu complet : Cliquer sur  et sélectionner **Aide**.

Dans la barre latérale des [paramètres](#) de DTX Studio Home, cliquer sur **Partager les paramètres**.

- Pour importer un fichier de paramètres, cliquer sur **Naviguer** dans la section **Importer**. Sélectionner le fichier des paramètres et cliquer sur **Enregistrer**. Cliquer sur **Importer** pour confirmer.
- Pour exporter un fichier de paramètres, cliquer sur **Naviguer** dans la section **Exporter**. Modifier le nom du fichier si nécessaire et cliquer sur **Enregistrer**. Cliquer sur **Exporter** pour confirmer.

Modification de la langue et du format de la date/l'heure

Pour choisir la langue, le format de la date et le format de l'heure souhaités :

1. Dans la barre latérale des [paramètres](#) de DTX Studio Home, cliquer sur **Général**.
2. Sélectionner le format de date et d'heure dans les listes **Format de date court**, **Format de date long** et **Format de l'heure**.
3. Dans la liste **Langue de l'application**, sélectionner la langue voulue.
4. Cliquer sur **OK**.
5. Pour que les modifications prennent effet, redémarrer DTX Studio Clinic.

Réglage des paramètres de conformité DICOM

Pour garantir la conformité à la norme DIN 6862-2, saisir les informations sur l'institution. Lors de l'exportation d'un fichier DICOM, les informations fournies sur l'institution remplacent les balises vides.

1. Dans la barre latérale des [paramètres](#) de DTX Studio Home, cliquer sur [Général](#).
2. Sélectionner [Utiliser la norme DIN 6862-2](#).
3. Fournir les informations requises sur l'institution.
4. Cliquer sur [OK](#).

Remarque

Lors de l'importation et de l'exportation d'un fichier DICOM conforme, les balises DIN 6862-2 sont toujours conservées.

Définition des filtres d'image par défaut

Pour définir les filtres d'image par défaut dans DTX Studio Home pour la vue et le DTX Studio Clinic :

1. Dans les [paramètres](#) de DTX Studio Home ou la barre latérale des préférences de DTX Studio Clinic, cliquer sur [Paramètres de l'image](#).
2. Dans la liste [Paramètres de l'image par défaut](#), sélectionner le type d'image pour lequel vous souhaitez définir les paramètres de filtre par défaut.

Remarque

Pour définir des valeurs personnalisées pour le filtre Gamma, sélectionner [Panoramique](#), [Intraoral](#) ou [Céphalométrie](#) dans la liste [Paramètres de l'image par défaut](#). Définir l'option [Gamma](#) sur [Manuel](#).

3. Sélectionner les filtres qui doivent être utilisés par défaut pour le type d'image sélectionné, et régler le pourcentage du filtre à l'aide du curseur qui apparaît.
4. Cliquer sur [OK](#).

Si vous souhaitez revenir aux valeurs par défaut initiales, cliquer sur [Réinitialiser](#).

Désactivation de l'autorotation des images endobuccales

Lors d'une numérisation immédiate, les images endobuccales sont automatiquement tournées dans la bonne position. Pour désactiver cette fonction :

1. Dans les [paramètres](#) de DTX Studio Home ou la barre latérale des préférences de DTX Studio Clinic, cliquer sur [Paramètres de l'image](#).
2. Désélectionner [Rotation automatique des radiographies endobuccales dans DTX Studio Capture](#).

Désactivation du réglage automatique des valeurs de luminosité et de contraste

Lors de l'importation ou de l'acquisition d'une image 2D, les valeurs de luminosité et de contraste sont automatiquement définies. Pour désactiver cette fonction :

1. Dans les [paramètres](#) de DTX Studio Home ou la barre latérale des préférences de DTX Studio Clinic, cliquer sur [Paramètres de l'image](#).
2. Dans le menu déroulant en haut à droite, sélectionner [Panoramique](#), [Endobuccal](#) ou [Céphalométrie](#).
3. Désélectionner [Luminosité/contraste automatique](#).
4. Saisir les valeurs personnalisées de luminosité et de contraste.
5. Cliquer sur [OK](#).

Connexion à DTX Studio Core

DTX Studio Core est une solution logicielle pour le stockage et la récupération de types de données média et image du patient (radiographie 2D, radiographie 3D TDM(CB), numérisations optiques des dents, photos) de manière structurée et centralisée, afin que les données capturées soient immédiatement accessibles dans tout le cabinet dentaire.

- S'il est connecté à DTX Studio Core, DTX Studio Clinic peut être utilisé dans un environnement réseau pour acquérir des images à partir d'autres dispositifs connectés par Ethernet et 3Shape TRIOS® pris en charge.
- Pour pouvoir travailler avec les dispositifs en réseau, les demandes d'acquisition et accéder aux rapports radiographiques, il faut établir une connexion à DTX Studio Core.

Pour établir une connexion avec DTX Studio Core :

1. Dans la barre latérale des [paramètres](#) de DTX Studio Home, cliquer sur [Core](#).
2. Saisir l'[URL](#) (adresse Web), l'[Identifiant](#) et le [Mot de passe](#) pour DTX Studio Core.
3. Cliquer sur [Connecter](#).

Ajout d'une application au volet Action

Pour ajouter un raccourci d'application au volet Action :

1. Dans la barre latérale des [paramètres](#) de DTX Studio Home, cliquer sur [Lancement rapide](#).
2. Cliquer sur [Ajouter](#).
3. Sélectionner le fichier exécutable et cliquer sur [Ouvrir](#).
4. Si nécessaire, changer le [Nom de l'application](#).
5. Ou sélectionner [Lancer avec les données du patient](#) pour lancer l'application tierce avec les données du patient.
 - Préciser quelles données sont exportées en ajoutant des paramètres d'exportation dans le champ [Exporter les paramètres](#).

Remarque

consulter la rubrique Lancement rapide dans les fichiers d'aide pour un aperçu complet de tous les paramètres des données du patient.

- Cliquer sur [Naviguer](#) pour choisir un emplacement pour les données exportées.

6. Cliquer sur [OK](#).

Activation de l'intégration au logiciel de gestion de cabinet (PMS)

L'intégration de DTX Studio Clinic à un PMS (par ex. via VDDS ou OPP/OPP Web) vous permet de créer un dossier patient et d'acquérir une image dans le PMS.

Prévisualiser les images PMS dans DTX Studio Home ou les visualiser directement dans DTX Studio Clinic.

1. Dans la barre latérale des [paramètres](#) de DTX Studio Home, cliquer sur [Logiciel de gestion patient](#).
2. Sélectionner [Intégrer le logiciel de gestion patient](#).

Remarque

Consulter la rubrique « Logiciel de gestion patient » dans les fichiers d'aide pour des informations détaillées : cliquer sur  et sélectionner [Aide](#).

Ajout d'un dispositif compatible TWAIN

1. Dans la barre latérale des [paramètres](#) de DTX Studio Home, cliquer sur [Appareils](#).
2. Cliquer sur [Ajouter](#).
3. Sélectionner le périphérique TWAIN.
4. Configurer les paramètres de l'appareil.
5. Cliquer sur [Ajouter](#).

Configuration du dossier direct pour détecter les images de dispositifs tiers

Pour ajouter des images provenant de caméras tierces ou de dispositifs de TDM(CB) tiers, configurer un dossier direct dans lequel les nouvelles images seront détectées. Les ajouter en cliquant sur [Capture](#) dans un dossier patient ou depuis DTX Studio Clinic.

1. Préparer les paramètres de votre caméra :
 - Si possible, configurer votre caméra tierce, votre dispositif de TDM(CB) ou votre carte SD sans fil pour stocker les images dans un dossier spécifique.
 - Si les images sont stockées sur une carte SD standard, l'insérer et noter la lettre du lecteur attribué.
2. Dans la barre latérale des [paramètres](#) de DTX Studio Home, cliquer sur [Appareils](#).
3. Cliquer sur [Ajouter](#).
4. Sélectionner le dispositif tiers et cliquer sur [Sélectionner](#).
5. Cliquer sur [Naviguer](#) pour sélectionner le dossier de la caméra et cliquer sur [Sélectionner le dossier](#).
6. Saisir un nom.
7. Modifier la modalité et les priorités des dossiers, si nécessaire.
8. Cliquer sur [Ajouter](#).

Définition des dossiers d'exportation par défaut

Pour définir le dossier d'exportation par défaut pour les rapports, les captures d'écran et les fichiers X-Guide :

1. Dans la barre latérale des [paramètres](#) de DTX Studio Home, cliquer sur [Exporter](#).
2. Cliquer sur [Naviguer](#) pour chaque type d'exportation et sélectionner le dossier par défaut.

Activer Enregistrer automatiquement à la fermeture de DTX Studio Clinic

1. Dans les préférences de DTX Studio Clinic, sélectionner [Général](#).
2. Activer [Enregistrer automatiquement à la fermeture du patient](#).

Ressources d'apprentissage et contact avec l'assistance

Affichage de l'ensemble des ressources d'apprentissage et des raccourcis clavier

Pour accéder à la documentation d'aide, aux instructions d'utilisation et aux raccourcis clavier, cliquer sur ☰ et sélectionner [Aide](#), [Raccourcis clavier](#) ou [Instructions d'utilisation](#). Vous pouvez également cliquer sur ? dans DTX Studio Clinic.

Le site Web des vidéos de formation et la présentation du produit ne peuvent être ouverts que dans DTX Studio Clinic. Cliquer sur ☰ ou ? et sélectionner [Vidéos de formation](#) ou [Présentation du produit](#).

Contact du service client

Pour contacter l'assistance client, cliquer sur ☰ et sélectionner [Contacter l'assistance technique](#).

Le site Web d'assistance avec toutes les possibilités de contact s'ouvre.

Vue d'ensemble des principales caractéristiques

Pour commencer avec les principales caractéristiques :

- | | | |
|---|----------------------------------|--|
| 1 | Créer ou lier un dossier patient |  Créer un dossier patient dans DTX Studio Home (voir page 21). |
| | |  Intégrer votre logiciel de gestion de cabinet (voir page 17) et lier un dossier patient PMS existant. |
| 2 | Acquérir ou importer des données |  Acquérir des numérisations, lancer plusieurs processus de numérisation (voir page 29) ou importer des images de dispositifs tiers à partir de dossiers directs (voir page 18). |
| | |  Demander une numérisation ou plusieurs processus de numérisation (voir page 29). |
| | |  Glisser-déposer des images dans un dossier patient (voir page 21). |
| | |  Migrer les données à la demande (pour les configurations avec migration de base de données) (voir page 37). |
| | |  Importer à partir du logiciel 3Shape Dental Desktop (voir page 25). |

Une fois qu'un dossier patient est créé et que les données sont ajoutées, passer à :

- | | |
|--|---|
| Diagnostiquer et planifier des traitements |  Ouvrir DTX Studio Clinic (voir page 35). |
| |  Ou ouvrir DTX Studio Implant (voir page 51). |
| Partager et communiquer |  Partager des dossiers et des données de patients via DTX Studio Go (voir page 25) ou collaborer avec des partenaires. |
| |  Partager une présentation 3D avec vos patients (voir page 26). |
| |  Exporter un dossier patient (voir page 22). |
| |  Créer un rapport ou une lettre de communication patient (voir page 50). |
| Passer des commandes |  Ou commander une restauration, un guide chirurgical ou une planification chirurgicale (voir page 51). |

Dossiers patient

Création d'un nouveau dossier patient

1. Cliquer sur .
2. Sélectionner [Créer un dossier patient](#).
3. Saisir les détails sur le patient, comme le nom du patient, sa date de naissance et son sexe.
4. Cliquer sur [Créer](#).
5. Le dossier patient est ajouté à la liste [Patients](#) . Si DTX Studio Home est connecté à DTX Studio Core, le dossier patient est également ajouté à DTX Studio Core.

Gestion des dossiers patient

Cliquer sur [Patients](#)  dans la barre latérale pour ouvrir la liste des patients, si elle ne l'est pas déjà.

Remarque

Si la station de travail n'est pas connectée à DTX Studio Core, seuls les dossiers patient stockés en local sont visibles.

- Les dossiers patient ouverts dans DTX Studio Clinic sur une station de travail locale ou connectée au réseau sont signalés par l'icône .
- Pour modifier les informations patient de base, sélectionner le dossier patient dans la liste des patients, cliquer sur [Plus ...](#) et sélectionner [Modifier](#) .
- Pour supprimer un dossier patient sélectionné, cliquer sur [Plus ...](#) et sélectionner [Supprimer](#) .
- Pour s'assurer qu'un dossier patient stocké dans DTX Studio Core est également disponible hors ligne, cliquer sur [Plus ...](#) et activer [Disponible hors ligne](#).

La zone de notification ([voir page 15](#)) montre les dossiers patient chargés ou synchronisés.

Gestion des options de confidentialité

Pour garantir la confidentialité en affichant uniquement les initiales des patients dans la liste des patients ou en masquant complètement la liste des patients :

1. Dans la liste des patients, cliquer sur .
2. Sélectionner [Mode confidentiel](#) afin d'afficher uniquement les initiales ou [Masquer la liste de patients](#) pour cacher celle-ci complètement.

Remarques

Cliquer sur  dans la barre latérale pour afficher à nouveau la liste des patients.

Le mode confidentiel reste activé, même au redémarrage de DTX Studio Clinic.
Pour le désactiver, cliquer à nouveau sur  et décocher [Mode confidentiel](#).

Recherche et tri des dossiers patient

Pour trouver un dossier patient, trier la liste des patients ou utiliser la fonction de recherche.

Tri de la liste des patients

1. Cliquer sur la flèche déroulante à côté de l'en-tête de la liste des patients.
2. Sélectionner [Dernière création](#), [Dernière modification](#) ou [Dernière acquisition](#).
3. Cliquer de nouveau sur la liste déroulante pour la fermer.

Recherche d'un patient

1. Dans la liste des patients, cliquer sur .
2. Sélectionner l'option souhaitée pour rechercher le [Nom du patient](#), la [Date de naissance](#) ou l'[ID patient](#).
3. Saisir (une partie de) l'option de recherche sélectionnée dans le champ [Rechercher un patient](#) .
4. Lorsque vous saisissez du texte dans le champ de recherche, la liste des patients est automatiquement filtrée.

Pour supprimer les critères de recherche, cliquer sur **x** dans le champ de recherche.

Exportation d'un dossier patient

Exporter un dossier patient pour partager manuellement le diagnostic et les images avec un autre utilisateur de DTX Studio Clinic. En outre, le dossier patient exporté peut être visualisé dans la version gratuite de DTX Studio Clinic, disponible via DTX Studio Go. Voir page 27 pour plus d'informations.

Remarque

Lors de l'extraction d'un rapport ou de données patient depuis le logiciel, il est important de savoir que les données patient non anonymisées peuvent être utilisées à des fins incorrectes sans le consentement du patient.

Gestion des données

Importation des données

Importation d'images à partir de dispositifs tiers

Pour ajouter des images à partir de caméras tierces ou de dispositifs (TDM)CB tiers, s'assurer de configurer un dossier direct dans lequel les nouvelles images seront détectées ([voir page 18](#)).

1. Sélectionner le dossier patient dans la liste des patients ou ouvrir un dossier patient dans DTX Studio Clinic.
2. Cliquer sur **Capture** .
3. Passer sur un nom de dossier direct et cliquer sur **Sélectionner**.
 - Pour les images 2D, sélectionner les images que vous souhaitez importer. Cliquer sur **Terminer**.
 - Pour les dispositifs 3D TDM(CB), sélectionner les données 3D que vous souhaitez importer. Cliquer sur **Importer**.

Glisser-déposer d'images et de fichiers dans un dossier patient ou DTX Studio Clinic

1. Faire glisser et déposer une image ou un type de fichier compatible depuis l'explorateur de fichiers dans un dossier patient ou dans DTX Studio Clinic.
2. Si nécessaire, modifier la modalité et la date d'acquisition.
3. Cliquer sur **Importer**.
4. L'image ou le fichier est ajouté au dossier patient.

Importation de données depuis DTX Studio Clinic

Pour importer des données, cliquer sur **Importer**  dans le menu Patient.

Importation de radiographies 3D

1. Cliquer sur **Importer**  et sélectionner **Radiographie 3D**.
2. Sélectionner les données DICOM.
3. Cliquer sur **Suivant**.
4. Définir l'isovaleur.
5. Cliquer sur **Terminer**.
6. Si MagicAssist est activé (par défaut), le procédé de détection par IA est lancé pour configurer automatiquement les données TDM(CB).
 - Cliquer sur **Passer MagicAssist** pour indiquer manuellement les repères et la courbe panoramique plus tard.
 - L'orientation de l'image 3D peut être optimisée ultérieurement via l'assistant d'orientation du patient.
 - L'action Courbe Pan ([voir page 46](#)) permet d'ajuster le panoramique 3D.

Importation d'acquisitions IO

1. Cliquer sur **Importer** ↓ et sélectionner **Acquisition IO**.
2. Sélectionner les modèles d'acquisition IO et ajouter les détails sur l'acquisition, si nécessaire.
3. Cliquer sur **Suivant**.
4. Cliquer sur **Terminer**.

Importation de scans de visage

1. Cliquer sur **Importer** ↓ et sélectionner **Scan de visage**.
2. Sélectionner un scan de visage à importer.
3. Cliquer sur **Ouvrir**.
4. Si nécessaire, régler la **Luminosité** et le **Contraste**.
5. Cliquer sur **Terminé**.

Importation d'images 2D

1. Cliquer sur **Importer** ↓ et sélectionner **Image 2D**.
2. Choisir les images et cliquer sur **Ouvrir**.
3. Cliquer sur **OK**.
4. Sélectionner les images que vous souhaitez ajouter.
5. Cliquer sur **Importer**.
 - Lors de l'importation ou de l'acquisition d'une image 2D, les valeurs de luminosité et de contraste sont automatiquement définies. Pour désactiver cette fonction, [voir page 16](#) :
 - Par défaut, la détection automatique MagicAssist est activée. Elle peut être désactivée dans les paramètres.

Importation à partir du presse-papiers

1. Copier une image sur votre ordinateur pour l'ajouter au presse-papiers.
2. Cliquer sur **Importer** ↓ et sélectionner **Depuis le presse-papiers**.
3. Inspecter l'image importée. Pour changer sa modalité, cliquer sur ... et sélectionner une autre modalité.
4. Cliquer sur **Importer**.

Importation à partir du logiciel 3Shape Dental Desktop

Pour importer une acquisition obtenue avec un scanner endobuccal 3Shape TRIOS, il faut d'abord créer un dossier patient dans DTX Studio Home.

Remarque

Pour plus d'informations sur l'intégration d'un scanner endobuccal 3Shape TRIOS, voir le Guide de démarrage rapide de DTX Studio Core.

- Créer un nouveau dossier patient dans DTX Studio Home.
Pour vous assurer que les données 3Shape fusionneront :
 - Utiliser exactement les mêmes prénom, nom et date de naissance que ceux d'un patient existant dans 3Shape Dental Desktop.
 - S'assurer que les noms des patients sont correctement mis en majuscule. Les noms sont sensibles à la casse.

Remarques

Les dossiers patient déjà importés ne peuvent pas être réimportés. Dupliquer le dossier patient dans 3Shape Dental Desktop et importer le dossier patient dupliqué à la place.

L'ID du dossier patient dans DTX Studio Clinic n'est pas échangé avec 3Shape. Le lien est créé sur la base de la confirmation par l'utilisateur que le prénom, le nom et la date de naissance sont identiques.

- Sélectionner le dossier patient dans la liste **Patients** .
- Cliquer sur **Plus ...**.
- Sélectionner **Importer de 3Shape** .
- Si nécessaire, confirmer que le dossier patient correspond à celui dans 3Shape Dental Desktop.
- Les données sont extraites et ajoutées à l'onglet **Données du patient** dans le panneau Détails sur le patient.

Importation d'une planification chirurgicale

- Sélectionner le dossier patient dans la liste **Patients** .
- Cliquer sur **Plus ...**.
- Sélectionner **Importer une planification** .
- Sélectionner la planification chirurgicale et le rapport.
- Cliquer sur **Importer**.

Partage de données

Partage des données des patients via DTX Studio Go

Partage de données du patient avec un cabinet dentaire via [DTX Studio Go](#). Si les données du patient sont partagées, un onglet supplémentaire **GoShare** affiche une vue d'ensemble.

- Dans le volet d'actions d'un dossier patient, cliquer sur **Collaborer** .
- Sélectionner ce que vous souhaitez partager :
 - Patient**  pour partager l'intégralité du dossier patient (format chiffré propriétaire DTX Studio Clinic), ou
 - Sélectionner des données**  pour partager des données spécifiques.

3. Choisir les options préférées.
4. Cliquer sur **Continuer**.
5. DTX Studio Go s'ouvre dans le navigateur Web et le cas GoShare créé s'affiche. Pendant ce temps, les données sont chargées en arrière-plan.
 - Ajouter des notes au champ de texte de la zone **Prescription**.
 - Pour créer un modèle de note de prescription, cliquer sur **Insérer une note rapide** et sélectionner **Configurer**. Cliquer sur **Ajouter une note rapide**. Ajouter un titre, écrire le texte personnalisé et cliquer sur **Enregistrer**. Cliquer sur **Fermer**.
 - Pour modifier l'image de prescription par défaut ou pour ajouter des annotations, passer la souris sur l'image de prescription et sélectionner **Modifier la prescription**. Cliquer sur **Modifier l'image** pour sélectionner une autre image.
 - Pour modifier les informations patient, cliquer sur  dans le coin supérieur droit.
 - Si nécessaire, fournir des informations supplémentaires ou des fichiers supplémentaires d'images TDM(CB), des vues cliniques, des images endobuccales, des panoramiques, des rapports, etc.
6. Cliquer sur **Démarrer le partage**.
7. Sélectionner la connexion avec laquelle vous souhaitez partager les données du patient. Pour cela, rechercher ou sélectionner une connexion existante dans le champ **Partager avec une connexion** ou bien saisir une adresse e-mail.
8. Cliquer sur **Envoyer**. Le compte destinataire est averti par e-mail.
9. Le cas partagé est ajouté à la vue d'ensemble **GoShare** dans le dossier patient. Cliquer sur **Afficher le cas** pour ouvrir le cas partagé dans DTX Studio Go.

Partage d'une présentation 3D

1. Dans le menu patient de DTX Studio Clinic, cliquer sur **Partager**  et sélectionner **Présentation 3D**.
2. Choisir les options préférées :
 - **Inclure les données 3D (DICOM)** : Inclure les données DICOM brutes si la loi l'exige dans votre pays.
 - **Inclure le plan de traitement implantaire** : ajouter des informations plus détaillées sur l'implant.
3. Cliquer sur **Partager**.
4. La présentation 3D est chargée dans DTX Studio Go et ajoutée à un cas.
5. Terminer le procédé dans DTX Studio Go et fournir les informations demandées.
6. Le patient peut accéder à la présentation 3D en ligne.
7. La présentation 3D est ajoutée aux données du patient dans le dossier patient.

Partage d'images 2D par e-mail ou transfert vers une application tierce

1. Dans un espace de travail, cliquer avec le bouton droit sur une image 2D et sélectionnez **Copier**. Ou cliquer sur  dans le coin supérieur gauche de la vue.
2. Ouvrir votre client de messagerie ou votre application tierce, cliquer avec le bouton droit à l'endroit approprié et sélectionner **Coller**.

Exportation de données

Exportation d'un dossier patient

1. Sélectionner le dossier patient dans la liste des patients.
2. Cliquer sur **Plus ...**.
3. Cliquer sur **Exporter le patient** .
4. Sélectionner le diagnostic que vous souhaitez exporter, le cas échéant.
5. Choisir les options préférées.
6. Cliquer sur **Naviguer** pour sélectionner l'emplacement d'exportation des données et cliquer sur **Sélectionnez le dossier**.
7. Cliquer sur **Exporter**.

Exportation des données patient

1. Accéder à l'action d'exportation de données.
 - Dans DTX Studio Home, cliquer sur **Plus ...** dans le volet d'action et sélectionner **Exporter les données**.
 - Dans DTX Studio Clinic, cliquer sur **Exporter**  et sélectionner **Données**.
2. Sélectionnez les images à exporter.
3. Cliquer sur **Naviguer** et accéder à l'emplacement d'exportation souhaité.
4. Cliquer sur **Sélectionnez le dossier**.
5. Choisir le mode d'exportation, l'anonymisation du patient, les métadonnées et le format du fichier image.
6. Cliquer sur **Exporter**.

Exportation de la planification de l'implant vers X-Guide

Si vous avez terminé une planification de l'implant dans DTX Studio Clinic, l'exporter vers X-Guide.

1. Sélectionner le dossier patient dans la liste des patients.
2. Cliquer sur **Plus ...**.
3. Cliquer sur **Exporter vers X-Guide** .
4. Sélectionner la planification de l'implant que vous souhaitez exporter, le cas échéant.
5. Choisir les options préférées.
6. Cliquer sur **Naviguer** pour sélectionner l'emplacement d'exportation des données et cliquer sur **Sélectionnez le dossier**.
7. Cliquer sur **Exporter**.

Demandes d'acquisition

Pour travailler avec des demandes d'acquisition ou pour lancer un processus d'acquisition avec plusieurs protocoles de numérisation ([voir page 29](#)), il faut établir une connexion avec DTX Studio Core ([voir page 17](#)).

Planification d'une acquisition

Pour demander une acquisition pour un patient :

1. Sélectionner le dossier patient dans la liste des patients.
2. Cliquer sur **Demande d'acquisition** .
3. Si vous le souhaitez, lancer un processus d'acquisition avec plusieurs protocoles de numérisation ([voir page 29](#)).
4. Passer la souris sur une vignette de dispositif et cliquer sur **Sélectionner**.
5. Remplir les informations d'application dans le formulaire de demande d'acquisition.

Remarque

Selon la modalité choisie ou le dispositif choisi, la forme sera différente.

- Si nécessaire, changer la **Date de l'acquisition** et le **Praticien demandeur**.
 - Si le dispositif d'acquisition d'image permet plusieurs modalités, sélectionner les modalités requises : **3D**, **CEPH** (céphalométrie), **Panoramique** (PAN), **IOXRAY** (scannage endobuccal 2D), **IOS** (scannage endobuccal 3D) et/ou **IOCAM** (photo endobuccale). Le cas échéant, sélectionner un programme d'imagerie.
 - Sur le schéma dentaire, sélectionner les régions que vous souhaitez radiographier.
 - Sélectionner **Sinus** si le sinus doit être radiographié.
 - Sélectionner la **résolution** de l'acquisition d'images, le cas échéant.
 - Si le dispositif sélectionné est un dispositif endobuccal, sélectionner un **Modèle** et spécifier le **Programme d'imagerie**.
 - Ajouter des **Notes de la demande** pour l'opérateur, si nécessaire.
6. Cliquer sur **Créer des demandes d'acquisitions**. La demande d'acquisition est ajoutée.

Recherche et tri des demandes d'acquisition

Tri de la liste des demandes d'acquisition

1. Dans la barre latérale, cliquer sur **Demandes d'acquisition** .
2. Cliquer sur la flèche déroulante à côté de l'en-tête de la liste **Demandes d'acquisition**.
3. Sélectionner l'option pour trier par **Date de planification** ou **Date de création**.

Recherche d'une demande d'acquisition

1. Saisir une partie (ou la totalité) de la date de planification ou du nom du patient dans le champ **Rechercher une demande d'acquisition** .
2. Lorsque vous saisissez du texte dans le champ de recherche, la liste des demandes est automatiquement filtrée. Les résultats de la recherche sont triés en fonction de la date de planification.

Pour supprimer les critères de recherche, cliquer sur **X** dans le champ de recherche.

Gestion des demandes d'acquisition

Pour modifier, supprimer ou marquer des demandes d'acquisition comme terminées, sélectionner la demande d'acquisition et cliquer sur . Sélectionner l'action correspondante.

Processus de numérisation

Utiliser la fonction QuickPrescribe pour créer un processus de numérisation composé de plusieurs numérisations utilisant différentes modalités avec un ensemble particulier de demandes d'acquisition prédéfinies. Ces processus de numérisation peuvent ensuite être utilisés sur tous les postes de travail.

Commencer par définir un processus de numérisation dans DTX Studio Core, puis l'appliquer dans les assistants Planifier une acquisition ou Capture.

Définition d'un processus de numérisation

1. Cliquer sur l'icône  dans la zone de notification en bas de l'écran (en haut de l'écran si vous utilisez un Mac).
2. Cliquer sur [QuickPrescribe](#). Si vous n'avez pas encore configuré de processus de numérisation, cliquer sur [Allons-y tout de suite](#).
3. Terminer la configuration du processus de numérisation dans DTX Studio Core.

Remarque

Dans DTX Studio Core, cliquer sur [Aide](#) dans le coin inférieur gauche pour plus d'informations.

4. Sélectionner un processus de numérisation dans l'assistant Demande d'acquisition ou Capture.

Application d'un processus de numérisation

Définir un processus de numérisation dans DTX Studio Core, puis le sélectionner dans l'assistant Demande d'acquisition ou Capture.

1. Sélectionner le dossier patient dans la liste des patients.
2. Cliquer sur [Demande d'acquisition](#)  ou [Capture](#) .
3. Cliquer sur [QuickPrescribe](#).

Remarques

Saisir le processus de numérisation (ou une partie) dans le champ de recherche pour affiner les résultats.

Pour voir toutes les modalités et les paramètres définis, pointer sur le nom d'un processus de numérisation dans la liste. Cliquer sur [Plus d'informations](#).

4. Passer la souris sur le nom d'un processus de numérisation dans la liste, puis cliquer sur [Créer des demandes d'acquisition\(#\)](#). Le nombre (#) indique le nombre de demandes d'acquisition créées avec le processus de numérisation sélectionné.
5. Sur le schéma dentaire, sélectionner la région du diagnostic que vous souhaitez numériser.
6. Cliquer sur [Créer des demandes de num..](#)

Réalisation d'une numérisation

Effectuer une acquisition avant, pendant ou après l'établissement du diagnostic du patient en créant ou non une demande d'acquisition dans un premier temps.

Il est fortement recommandé aux utilisateurs de suivre les instructions et les notifications techniques depuis le logiciel pour réduire le risque d'une numérisation imprécise.

Réalisation d'une numérisation planifiée

Pour réaliser une numérisation pour une demande d'acquisition :

1. Dans la zone de demande d'acquisition, cliquer sur **Démarrer**.
2. Passer la souris sur une vignette de dispositif et cliquer sur **Sélectionner**, le cas échéant.
3. Le module de numérisation ou l'application de numérisation tierce s'ouvre.
4. Suivre les instructions.
5. Cliquer sur **Terminer** pour terminer l'action, ou sur **Ouvrir Diagnostic** pour ouvrir le dossier patient dans DTX Studio Clinic.

Réalisation d'une numérisation immédiate

1. Sélectionner le dossier patient dans DTX Studio Home ou ouvrir un dossier patient dans DTX Studio Clinic.
2. Cliquer sur **Capture** .
3. Passer la souris sur un dispositif ou sur le dossier direct et cliquer sur **Sélectionner**.

Remarques

Les images endobuccales sont automatiquement tournées dans la bonne position. Pour désactiver cette fonction, [voir page 16](#) :

Lors de l'importation ou de l'acquisition d'une image 2D, les valeurs de luminosité et de contraste sont automatiquement définies. Pour désactiver cette fonction, [voir page 16](#) :

Utiliser plusieurs capteurs de différentes tailles en les branchant/débranchant dans l'assistant d'acquisition. Le capteur utilisé est indiqué dans le coin supérieur droit*.

Si plusieurs capteurs sont branchés, le symbole + apparaît*. Tous les capteurs connectés et actifs sont prêts à acquérir la numérisation. La radiographie déclenche l'acquisition d'images.

* Pour les capteurs et les dispositifs PSP directement pris en charge dans DTX Studio Clinic. Pour les dispositifs se connectant via TWAIN, cette fonction sera limitée.

Acquisition guidée avec des capteurs intra-oraux ou des dispositifs PSP

Pour acquérir des images endobuccales avec un modèle :

1. Lancer une numérisation immédiate.
2. Cliquer sur l'onglet **Modèle** et sélectionner celui que vous préférez.
3. Sélectionner la présentation et les images que vous souhaitez acquérir.
4. Cliquer sur **Démarrer**.
5. Accéder au dispositif pour réaliser l'acquisition.
6. Sur la page d'aperçu, inspecter les images acquises. Survoler une image d'aperçu pour voir les options supplémentaires **Rotation** et **Retournement**, et afficher ou masquer les options **Filtres d'image** et **Réaliser l'acquisition à nouveau**. Apporter des modifications si nécessaire.
7. Cliquer sur **Terminer**.

Acquisition libre avec des capteurs intra-oraux ou des dispositifs PSP

Pour acquérir des images endobuccales sans utiliser de modèle :

1. Lancer une numérisation immédiate.
2. Sélectionner l'onglet **Libre**.
3. Accéder au dispositif pour réaliser l'acquisition.



Si vous avez activé la détection automatique MagicAssist, suivre les étapes ci-dessous :

- Dans le coin inférieur droit, l'icône de détection automatique MagicAssist s'affiche.
- Dans l'assistant d'acquisition, les dents sont automatiquement détectées. Elles sont marquées en bleu. Cliquer sur une dent pour supprimer l'étiquette MagicAssist.
- Les images endobuccales sont automatiquement attribuées sur les schémas FMX.
- Si nécessaire, indiquer manuellement les images non identifiées sur le schéma dentaire.

Remarque

Par défaut, la détection automatique MagicAssist est activée. Elle peut être désactivée dans les paramètres.

4. Sur la page d'aperçu, inspecter l'image acquise et affecter une plage de dents, si nécessaire.
 - Cliquer sur **Effacer la sélection** pour retirer les dents indiquées sur la plage de dents.
 - Apporter des modifications si nécessaire : survoler une image d'aperçu pour voir les options supplémentaires **Rotation** et **Retournement**, et afficher ou masquer les options **Filtres d'image** et **Réaliser l'acquisition à nouveau**.
 - Faire pivoter ou retourner l'image acquise si nécessaire.

Action	Icône	Raccourci
Pivoter une image dans le sens antihoraire		Alt+ ←, ou R
Pivoter une image dans le sens horaire		Alt+ →, ou Maj+R
Retourner horizontalement une image endobuccale ou une vue clinique		U
Retourner verticalement une image endobuccale ou une vue clinique		Maj+U

Acquisition d'images guidée avec des caméras intra-orales

Pour acquérir des images avec une caméra intra-orale et un modèle :

1. Lancer une numérisation immédiate.
2. Rester dans l'onglet **Guidée**.
3. Pour les caméras intra-orales, sélectionner les dents que vous souhaitez acquérir.
4. Appuyer sur le bouton du dispositif si disponible ou cliquer sur **Acquisition d'image**.
5. Pour sélectionner une autre dent dont les images endobuccales seront prises, utiliser la touche ← ou → du clavier. Vous pouvez également cliquer sur la dent dans la plage de dents ou cliquer sur **Précédent** ou **Suivant**.

Remarque

Lorsqu'une seule image par dent est nécessaire, activer **Passer à la dent suivante après l'acquisition** pour passer automatiquement avec la dent suivante.

6. Cliquer sur **Fin**.

Acquisition d'images libre avec des caméras intra-orales

Pour acquérir des images avec une caméra intra-orale mais sans modèle :

1. Lancer une numérisation immédiate.
2. Cliquer sur l'onglet **Libre**.
3. Appuyer sur le bouton du dispositif si disponible ou cliquer sur **Acquisition d'image**.
4. Pour affecter des images acquises à une dent, cliquer sur une vignette d'image en bas et sélectionner la dent correspondante dans la plage de dents.

Remarque

Affecter une image à plusieurs dents en sélectionnant l'image, en cliquant sur une dent et en la faisant glisser sur les autres dents.

5. Cliquer sur **Terminer**.

Scannage numérique endobuccal

Scanner 3Shape TRIOS®

1. Cliquer sur **Capture** .
2. Passer la souris sur la vignette du scanner endobuccal 3Shape et cliquer sur **Sélectionner**.
3. Démarrer l'acquisition dans l'application 3Shape Dental Desktop.
Remarque
Pour plus d'informations sur l'intégration d'un scanner endobuccal 3Shape TRIOS, voir le Guide de démarrage rapide de DTX Studio Core.
4. Terminer le procédé d'acquisition.
5. Les images sont ajoutées à l'onglet **Données du patient** dans le panneau Détails sur le patient.
 - Lorsque la demande d'acquisition est terminée, elle est marquée par une coche.
 - Cliquer sur **Ouvrir Diagnostique** pour ouvrir le dossier patient dans DTX Studio Clinic.

Scanners DEXIS et Medit

Le module de numérisation* vous permet d'utiliser un scanner endobuccal Medit / DEXIS pris en charge en intégrant Medit Scan ou DEXIS IS ScanFlow avec DTX Studio Clinic.

Acquisition de données de scannage endobuccal

1. Sélectionner le dossier patient dans la liste des patients.
2. Cliquer sur **Capture** .
3. Passer la souris sur la vignette du scanner endobuccal et cliquer sur **Sélectionner**.
4. Suivre les instructions du module de numérisation*.
5. Les données traitées sont ajoutées au dossier du patient.
6. Si ScanFlow est utilisé et que plusieurs modèles d'occlusion ont été obtenus, cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'arcade inférieure ou supérieure dans DTX Studio Clinic et cliquer sur **Occlusions** pour faire votre sélection.

Réouverture d'un cas de numérisation

Les données de scannage endobuccal obtenues localement peuvent être rouvertes dans le module de numérisation*.

Remarque

Cette opération n'est possible que sur l'ordinateur utilisé pour acquérir les données de numérisation.

Pour rouvrir le module de numérisation* afin de modifier la numérisation, découper, mesurer et plus encore :

1. Dans un dossier patient, cliquer sur la vignette de l'acquisition IO.
2. Cliquer sur **Ouvrir dans Medit Scan** ou **Modifier dans ScanFlow**.

* Pour les ordinateurs Windows uniquement et sur l'ordinateur qui a été utilisé pour acquérir les données de l'acquisition endobuccale, où le dossier contenant les données d'acquisition brutes est disponible. Un type de licence approprié ou un abonnement à la fonctionnalité Intégration Medit Scan de Plus+ ou DEXIS IS ScanFlow est nécessaire. Le module logiciel supplémentaire Medit Scan ou DEXIS IS ScanFlow doit être installé.

Reprise d'acquisition DEXIS IS ScanFlow

Les données de scannage endobuccal qui ont été obtenues localement peuvent être rouvertes dans ScanFlow pour modifier l'acquisition, effectuer des acquisitions supplémentaires, découper, mesurer et plus :

1. Dans un dossier patient, sélectionner la vignette de l'acquisition IO du dispositif DEXIS IS.
2. Cliquer sur **•••** et sélectionner **Reprendre dans ScanFlow**.

Activation des fonctionnalités avancées de ScanFlow

Activer les fonctionnalités avancées de ScanFlow pour utiliser le DEXIS IS 3800 en mode IO CAM* ou pour importer les données brutes du dispositif DEXIS.

1. Dans la barre latérale des **paramètres** de DTX Studio Home, cliquer sur **DEXIS IS**.
2. Désactiver **Lancer ScanFlow en mode acquisition**.

* IO CAM n'est disponible que si vous disposez d'une licence premium et du dispositif DEXIS IS 3800 pour modifier l'acquisition, effectuer des acquisitions supplémentaires, découper, mesurer et plus encore.

Réalisation d'un diagnostic ou planification d'un traitement

Ouvrir un dossier patient dans DTX Studio Clinic pour consulter et examiner les données du patient, ainsi que pour ajouter des résultats et des mesures au dossier patient.

Dans DTX Studio Home, sélectionner un patient dans la liste [Patients](#) et cliquer sur [Ouvrir le dossier du patient](#) . Autre possibilité, double-cliquer sur le nom du patient dans la liste des patients ou appuyer sur [O].

Les fonctionnalités dépendent du type de licence de DTX Studio Clinic :

Type de licence	Fonctionnalités	Acquisition d'image
DTX Studio Clinic Pro ou Pro IOS	2D et 3D	2D et 3D
DTX Studio Clinic Select ou Starter	Fonctions de visualisation 2D et 3D sélectionnées	2D uniquement

Exploration de DTX Studio Clinic



- 1 Menu Patient
- 2 Barre de menu
- 3 Barre d'outils
- 4 Barre d'espace de travail
- 5 Espace de travail - SmartLayout
- 6 SmartPanel

Utilisation du menu Patient

Pour ouvrir le menu Patient dans DTX Studio Clinic, cliquer sur ☰ dans le coin supérieur gauche.

Options du menu


- **Nouveau** : pour créer un nouveau diagnostic.
- **Ouvrir** : pour ouvrir un diagnostic existant.
- **Enregistrer** : pour enregistrer le diagnostic ouvert.
- **Aide** : ouvrir le site Web de documentation d'aide.
- **Contactez l'assistance technique** : ouvrir le site Web de contact de l'assistance technique.
- **Vidéos de formation** : ouvrir le site Web des vidéos de formation.
- **Raccourcis clavier** : pour afficher la vue d'ensemble des raccourcis clavier.
- **Présentation du produit** : ouvrir la présentation du produit qui vous guide à travers les fonctions de DTX Studio Clinic.
- **Préférences** : modifier les paramètres tels que **Espace de travail par défaut**, **Performance**, **Paramètres de l'image**, **Vue 3D** et **Outils**.
- **Fermer le patient** : fermer la fenêtre DTX Studio Clinic.

Actions

- **Capture** : pour acquérir directement des données.
Vous pouvez aussi cliquer sur 📷 dans la barre de menu.
- **Importer** : pour importer des données dans le diagnostic ouvert.
- **Exporter** : exporter les données ou les rapports de diagnostic des patients.
- **Partager** : partager une présentation 3D.

Schéma dentaire

Le schéma dentaire du menu Patient donne une vue d'ensemble du statut dentaire dans le diagnostic ouvert.



Remarque

Si le patient a moins de 8 ans, c'est le schéma dentaire des dents de lait qui s'affiche. Penser à changer la numérotation des dents manuellement pour passer à un schéma dentaire adulte quand le patient grandit.

Modification du schéma dentaire

Pour modifier un schéma dentaire, cliquer sur une dent dans le schéma, puis sélectionner l'une des options suivantes :

Icône	Action	Explication
	Échanger	Échanger une dent de lait contre une dent définitive. Cette option est disponible s'il existe une dent définitive correspondant à une dent de lait. Si la dent est échangée, toutes les observations de la dent de lait sont supprimées et la dent définitive est définie comme saine. Remarque Une dentition pédiatrique s'affiche pour les patients de moins de 8 ans.
X	Non présente avec espace	Cette dent est absente et il y a un espace à cet endroit.
	Inclure	Cette dent sera incluse (souvent utilisé pour les dents de sagesse).
	Insérer	Insérer une dent, par exemple des molaires définitives dans une dentition d'enfant.
	Non présente sans espace	Indique une hypodontie.

Données du diagnostic

Sous le schéma dentaire, les numérisations et les images du diagnostic ouvert sont présentées par type de données et triées par date d'acquisition. Toutes les planifications d'implants finalisées sont également affichées ici.

Cliquer sur une vignette pour inclure ou exclure les données du patient.

- Radiographie 3D
- Panoramique
- Endobuccales
- Céphalométrie
- Vues cliniques
- Captures d'écran
- Scan du visage
- Acquisition IO

Réglage de l'arrière-plan de la vue 3D et de la vue de l'acquisition IO

- Dans la fenêtre **Préférences**, cliquer sur **Vue 3D**.
- Sélectionner **Couleur unie**.
- Sélectionner une couleur dans le menu déroulant ou sélectionner **Personnalisé** pour sélectionner une autre couleur.
- Cliquer sur **OK**.

Réglage du niveau de zoom par défaut des images

Pour définir le niveau de zoom par défaut des images affichées :

1. Dans la fenêtre **Préférences**, cliquer sur **Espace de travail**.
2. Dans la liste **Taille de l'image par défaut**, sélectionner la valeur d'agrandissement par défaut.
3. Cliquer sur **OK**.

Interaction avec les vues

Cliquer avec le bouton droit de la souris n'importe où dans une vue pour accéder aux actions générales de la vue. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur un objet (par ex. implant, annotation, zone cible,...) pour voir ses actions spécifiques.

Utiliser la souris pour interagir avec les vues. Pour remplacer les commandes par défaut de la vue 3D par celles de DTX Studio Implant ou d'Invivo, accéder au menu des préférences de la **Vue 3D**.

	Action	Vue 3D	Autres types de vue
	Clic droit	Menu contextuel des objets et des vues	Menu contextuel des objets et des vues
	Cliquer avec le bouton droit et faire glisser	Pivotement du modèle 3D	Luminosité/Contraste (par défaut) ou zoom avant et arrière
	Ctrl + cliquer et faire glisser, ou Cmd + cliquer et faire glisser	Déplacement	Déplacement
	Maj + cliquer et faire glisser	Zoom avant et arrière	Zoom avant et arrière
	Faire tourner le bouton de la molette	Zoom avant et arrière	Dans la vue de coupe uniquement : défilement des coupes

Espaces de travail

Sélectionner un espace de travail dans la barre d'espaces de travail ou utiliser la touche de raccourci correspondante, si elle est disponible (voir « Ressources d'apprentissage et contact avec l'assistance », [page 19](#)).

Remarque

Ne sont affichés que les espaces de travail pour lesquels des images ou des données ont été ajoutées au diagnostic.

Espace de travail	Description	Raccourci clavier
Patient 3D	<p>Pour inspecter le modèle chargé de tous les côtés, utiliser les actions de la souris (voir page 38) et les raccourcis clavier. Ou utiliser les icônes de vues cliniques standard :</p> <ul style="list-style-type: none">  Frontale  Postérieure  Latérale gauche  Latérale droite  Crâniale  Caudale <p>Appuyer à nouveau sur F2 pour accéder à l'espace de travail de l'acquisition IO (si disponible).</p>	F2
Panoramique 3D	La radiographie panoramique 3D est générée à partir de la radiographie 3D chargée.	F3
Dent	<p>Accéder à une dent spécifique et comparer toutes les données 2D et 3D à l'aide de l'onglet Présentation de SmartPanel. Annoter la dent sélectionnée (voir page 43).</p> <p>La vue perpendiculaire comporte un curseur vertical qui fait pivoter les coupes autour de l'axe de rotation de la dent. Selon la situation, les indications suivantes précisent l'orientation de la coupe :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Oral/Vestibulaire (O/V) – Mésial/Distal (M/D) – Gauche/Droite (G/D) <p>Pour régler l'axe de rotation, voir page 44 :</p> <p>Appuyer à nouveau sur F4 pour accéder à l'espace de travail endo (si disponible).</p>	F4

Espace de travail	Description	Raccourci clavier
Endo	<p>Se concentrer sur une dent spécifique pour les diagnostics et les interventions endodontiques. Pour afficher la pulpe dentaire, cliquer sur la visualisation 3D Endo dans l'onglet Vue de SmartPanel.</p> <p>Remarque</p> <p>Cet espace de travail est disponible si une radiographie 3D est chargée et si des annotations dentaires sont définies.</p> <ul style="list-style-type: none"> – La vue 3D se concentre sur une dent d'intérêt. – La vue des coupes transversales d'une dent est une vue sagittale qui affiche plusieurs coupes axiales de la dent. – Une fois la morphologie de la racine définie (voir page 46), les canaux radiculaires sont visualisés. <p>Appuyer à nouveau sur F4 pour accéder à l'espace de travail de la dent (si disponible).</p>	F4
Implant	<p>Planifier et inspecter les implants. Cet espace de travail se compose par défaut de 3 vues : Panoramique, Clipsé à l'implant et transversale.</p> <p>Cliquer et faire glisser une coupe transversale dans la vue Panoramique pour naviguer jusqu'à la position souhaitée.</p>	F9
Inspection 3D	Naviguer jusqu'à un point spécifique en dehors de la plage de dents pour l'inspecter.	S/O
ATM	Inspecter les têtes condyliennes et les articulations temporo-mandibulaires.	S/O
Acquisition IO	Inspecter et comparer des acquisitions IO. Appuyer à nouveau sur F2 pour accéder à l'espace de travail Patient 3D (si disponible).	F2
Panoramique	Visualiser une radiographie panoramique 2D (panorex) ou des clichés radiographiques multicouches.	F5
Endobuccal	<p>Inspecter les images endobuccales d'une présentation, pour inspecter un bilan rétro-alvéolaire complet par exemple.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Double-cliquer sur une image pour utiliser d'autres fonctions de l'espace de travail : filtres d'image et SmartLayout (voir page 42). – Pour revenir à la vue d'ensemble initiale de la présentation, double-cliquer à nouveau sur l'image ou appuyer sur Échap. – Passer à une autre image en cliquant sur une vignette dans la vue d'ensemble sur l'onglet Présentation de SmartPanel. Vous pouvez également utiliser les touches fléchées     du clavier. – Il est possible d'empiler plusieurs images dans le même espace réservé. Cliquer sur  pour afficher toutes les images et sur  pour les comparer. 	F6

Espace de travail	Description	Raccourci clavier
Céphalométrie	Afficher la céphalométrie de face et/ou la céphalométrie de profil. Utiliser l'outil Générer Céph. 3D pour calculer les céphalométries sur la base de la radiographie 3D chargée ou pour importer les céphalométries 2D.	F7
Vues cliniques	<p>Afficher les vues cliniques pour le patient.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Double-cliquer sur une image pour utiliser d'autres fonctions de l'espace de travail : filtres d'image et SmartLayout (voir page 42). – Pour revenir à la vue d'ensemble initiale de la présentation, double-cliquer à nouveau sur l'image ou appuyer sur Échap. – Passer à une autre image en cliquant sur une vignette dans la vue d'ensemble minicarte sur l'onglet Présentation de SmartPanel. Vous pouvez également utiliser les touches fléchées  du clavier. – Il est possible d'empiler plusieurs images dans le même espace réservé. Cliquer sur  pour afficher toutes les images et sur  pour les comparer. – Pour sélectionner une autre présentation (Orthodontie, Caméra ou Vues cliniques), cliquer sur  dans le coin supérieur gauche de l'espace de travail, sélectionner Présentation et choisissez votre présentation préférée. 	F8
Clichés intra-oraux	<p>Similaires aux vues cliniques, mais contenant les images de la caméra intra-orale.</p> <p>Lorsqu'une dent est sélectionnée sur le schéma dentaire et que la caméra intra-orale est utilisée pour l'acquisition d'images dans l'espace de travail dentaire, les images acquises sont automatiquement attribuées à la dent sélectionnée.</p> <p>La numérotation dentaire attribuée est affichée dans l'espace de travail des vues cliniques.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Double-cliquer sur une image pour utiliser d'autres fonctions de l'espace de travail : filtres d'image et SmartLayout (voir page 42). – Pour revenir à la vue d'ensemble initiale de la présentation, double-cliquer à nouveau sur l'image ou appuyer sur Échap. – Passer à une autre image en cliquant sur une vignette dans la vue d'ensemble sur l'onglet Présentation de SmartPanel. Vous pouvez également utiliser les touches fléchées  du clavier. – Il est possible d'empiler plusieurs images dans le même espace réservé. Cliquer sur  pour afficher toutes les images et sur  pour les comparer. 	S/O

Espace de travail	Description	Raccourci clavier
Caméra intra-orale	Espace de travail dédié à l'acquisition de la caméra intra-orale.	F10
Images récentes	L'espace de travail Images récentes affiche toutes les images récemment importées ou acquises. Par défaut, l'espace de travail affiche les images des sept derniers jours. Pour changer cela, accéder aux préférences de DTX Studio Clinic.	F12

Personnalisation des espaces de travail

1. Dans la fenêtre **Préférences**, cliquer sur **Espace de travail**.
2. Dans la liste **Espace de travail par défaut**, sélectionner l'espace de travail à afficher par défaut lors de l'ouverture de DTX Studio Clinic. Le paramètre standard est **Données les plus récentes**, l'espace de travail associé à la dernière image acquise ou importée.
3. Il est également possible de modifier le nombre de jours dans le champ **Images récentes** pour les images à afficher dans l'espace de travail **Images récentes**. La valeur par défaut est 7.
4. Cliquer sur **OK**.

Afficher toutes les informations dentaires associées avec SmartFocus™

Pour activer SmartFocus dans une vue compatible, appuyer sur la barre d'espace.

Ou cliquer sur  dans la barre de menu supérieure.

- Cliquer sur un secteur dentaire pour accéder à l'espace de travail de la dent et charger éventuellement les données correspondant à cette dent spécifique dans les vues.
- Cliquer sur un secteur en dehors de la plage des dents pour accéder à l'espace de travail Inspection 3D.

Personnaliser les vues avec SmartLayout™

Personnaliser un espace de travail en ajoutant ou en supprimant des vues via l'onglet **Présentation** de SmartPanel et en modifiant les proportions de la vue.

- Pour ajouter une autre vue à l'espace de travail, cliquer sur une vignette dans l'onglet **Présentation** de SmartPanel.
- Cliquer à nouveau sur la vignette pour supprimer la vue de l'espace de travail.
- Pour modifier la proportion des vues, faire glisser l'un des séparateurs de fenêtres.
- Pour fermer une vue, cliquer sur le titre de la fenêtre en haut à gauche. Sélectionner **Fermer la vue**. Ou appuyer sur [Q].
- Pour trier par modalité, date ou pour faire apparaître les images sélectionnées en premier lieu, cliquer sur le menu déroulant **Trier par** et sélectionner soit **Modalité**, **Date** ou **Premier sélectionné**.
- Pour enregistrer la disposition de l'espace de travail, cliquer sur **...** à côté du titre de l'espace de travail et sélectionner **Enregistrer la présentation de l'espace de travail**. Cette disposition est définie comme disposition par défaut pour les nouveaux diagnostics de patient. Pour réinitialiser les vues, cliquer sur **Réinitialiser l'espace de travail**.

Fusion des acquisitions IO avec des radiographies 3D

Pour fusionner une acquisition IO avec une radiographie 3D dans l'espace de travail Patient 3D :

1. Cliquer sur **Fusionner avec la radiographie 3D**  dans le menu des outils **Acquisition IO**.
2. Sélectionner une acquisition IO et cliquer sur **Suivant**.
3. Si nécessaire, indiquer les points correspondants et utiliser le curseur **Seuil osseux** pour régler la visualisation.
4. Vérifier l'alignement.
5. Cliquer sur **Terminer**.

Utilisation de la barre de vignettes

Au bas de l'espace de travail intra-oral et des espaces de travail des vues cliniques, une barre de vignettes regroupe les images qui sont ajoutées au diagnostic, mais ne sont pas affichées dans la fenêtre de l'espace de travail.

- Faire glisser une image depuis la barre des vignettes et la déposer sur un emplacement.
- Si cet emplacement contient déjà une image, celle-ci est remplacée par la nouvelle et rajoutée à la barre des vignettes.

Ajouter des résultats de diagnostic

L'onglet **Résultats** de SmartPanel vous permet de noter les pathologies dentaires, les problèmes d'arcade ou d'autres résultats de diagnostic au niveau de la dent.

- Pour ajouter un résultat de diagnostic prédéfini à la dent, cliquer sur **Ajouter un résultat**  dans le menu des outils **Diagnostic** ou dans l'onglet **Résultats** de SmartPanel. Si vous le souhaitez, il est possible d'inclure une capture d'écran en cliquant sur **Captures d'écran**  sur un résultat.
- Pour supprimer le résultat, passer dessus avec la souris ou sélectionner le résultat, cliquer sur l'icône  et sélectionner **Supprimer**.
- Pour ajouter un résultat personnalisé au diagnostic, saisir un nom personnalisé dans le champ de recherche, puis appuyer sur la touche Entrée ou cliquer sur **Ajouter**.
- Cliquer dans le menu déroulant pour attribuer un statut, si nécessaire.

Remarques


Dans l'espace de travail Dent, l'état apparaît aussi visuellement sur le schéma dentaire.

Si le résultat est ajouté dans l'espace de travail de la dent, il sera ajouté à la dent concernée.

Si le résultat est créé dans un autre espace de travail, cliquer sur l'emplacement de la dent et taper le numéro de la dent pour affecter le résultat à la dent concernée.

Schéma dentaire SmartPanel

Dans l'espace de travail Dent et l'espace de travail Endo, un schéma dentaire est affiché au-dessus de l'onglet SmartPanel.



- La dent active, pour laquelle les données sont affichées dans l'espace de travail, est surlignée en vert.
- Sélectionner une autre dent en cliquant dessus dans le schéma dentaire.
- Sous le schéma dentaire, cliquer sur < pour revenir à la dent précédente ou sur > pour passer à la suivante.
- Une dent qui a au moins un résultat est entourée en couleur. La couleur dépend du statut du traitement du résultat.

Statut du traitement	Couleur	Description
Condition	Gris	Le résultat n'est pas critique, mais il faut le surveiller afin de suivre son évolution.
Plan de traitement	Rouge	Le résultat doit être traité.
Suivi	Orange	Le résultat est découvert à un stade précoce et doit être surveillé.
Terminé	Bleu	Le traitement pour ce résultat est terminé.

Ajustement des coupes

- Déplacer une coupe en faisant défiler la ligne de coupe, en cliquant dessus et en la faisant glisser. Vous pouvez également déplacer le curseur gris vers la droite.
- Faire pivoter une coupe en cliquant dessus et en faisant glisser l'une des extrémités de la coupe. Faire glisser la souris à l'intérieur de la vue pour faire pivoter les données d'image autour du point central de la vue.
- La position de la coupe est enregistrée.
- Pour revenir à la position par défaut, cliquer avec le bouton droit de la souris dans la vue de coupe et sélectionner [Réinitialiser l'axe de la coupe](#).

Découpe du volume 3D

Dans l'onglet [Vue](#) de SmartPanel de l'espace de travail Patient 3D, Dent et Inspection 3D, sélectionner [Découper la visualisation 3D](#) pour masquer une partie du volume 3D et inspecter certaines zones du volume.

Utiliser des caméras intra-orales dentaires dans les espaces de travail

Vous pouvez acquérir des images endobuccales avec une caméra intra-orale dentaire USB directement dans l'espace de travail Caméra intra-orale ou depuis un autre espace de travail :

1. Cliquer sur l'onglet de l'espace de travail **Caméra intra-orale** ou, dans tout autre espace de travail, cliquer sur l'onglet **Caméras** de SmartPanel.
2. Cliquer sur la vignette d'une caméra, si nécessaire.
3. Appuyer sur le bouton du dispositif pour acquérir l'image. Sinon, cliquer sur **Acquisition d'image** en bas.

Modification d'images dans l'espace de travail Vues cliniques

Double-cliquer sur l'image que vous souhaitez modifier.

- Pour retourner, faire pivoter, recadrer ou redresser une vue clinique, cliquer avec le bouton droit sur l'image et sélectionner l'action correspondante. Ou cliquer sur  dans le coin supérieur gauche de l'espace de travail.
- Pour appliquer la même modification à d'autres images, cliquer sur une autre image de la mini-carte de l'onglet **Présentation** de SmartPanel.

Outils

La barre d'outils met à votre disposition des outils pour diagnostiquer, mesurer, planifier des traitements et modifier les données numérisées.

Tous les outils ne seront pas disponibles dans l'ensemble des espaces de travail. Les outils non disponibles sont grisés.



Avertissement

La précision des mesures dépend des données de l'image, du matériel de numérisation utilisé, de sa calibration et des paramètres d'acquisition. La mesure ne peut pas être plus précise que la résolution de l'image. Le logiciel DTX Studio Clinic rapporte la valeur, arrondie à un chiffre après la virgule décimale, en fonction des points sélectionnés par l'utilisateur.

Cliquer sur l'un des onglets de la barre d'outils pour accéder aux outils sous-jacents.

Onglet Diagnostic



Définir l'épaisseur de coupe d'une vue de coupe 3D. Cliquer sur la vue de coupe 3D et la faire glisser horizontalement pour régler l'épaisseur de coupe de la radiographie. Cliquer avec le bouton droit pour terminer.

Remarque

Pour définir une épaisseur de coupe par défaut, accéder à l'onglet [Paramètres de l'image](#) dans les paramètres de DTX Studio Home ou les préférences de DTX Studio Clinic. Dans le menu déroulant en haut à droite, sélectionner [Coupes 3D](#), [Panoramique](#) ou [Dent](#). Sélectionner l'épaisseur souhaitée dans le menu déroulant [Épaisseur de coupe](#).



Faire glisser dans une vue pour régler la luminosité et le contraste :

- Horizontalement : pour modifier le contraste.
- Verticalement : pour modifier la luminosité.

Remarque

Lorsque l'outil de luminosité et de contraste est utilisé avec des images en niveaux de gris, les valeurs de luminosité et de contraste sont mises à jour en conséquence.



Agrandir une certaine zone d'une image (paramètre par défaut) ou comparer les filtres appliqués à l'image d'origine. Utiliser les touches moins et plus (ou la touche Maj + Plus avec macOS) pour régler le niveau d'agrandissement. Pour modifier les paramètres par défaut, accéder aux préférences de DTX Studio Clinic.



Inspecter la coupe sous-jacente lorsque vous cliquez sur un modèle 3D.

- La coupe est affichée dans la fenêtre d'explorateur de coupes superposées.
- Les filtres d'image actifs et l'épaisseur de coupe sont également appliqués à la vue de l'explorateur de coupes.
- Faire défiler pour parcourir toutes les coupes.
- Lors de l'inspection de la coupe sous-jacente, il est toujours possible de faire pivoter le modèle 3D.



Réaliser une capture d'écran. Elle est ajoutée à l'espace de travail Vues cliniques, à l'onglet [Présentation](#) de SmartPanel et aux données du patient. L'écran capturé peut être ajouté à un dossier ([voir page 43](#)).

Onglet Diagnostic

-
-  Ajouter un résultat dans l'onglet **Résultats** de SmartPanel.
-
-  Analyser les voies aériennes. Indiquer les repères pour créer un cadre autour de la région d'intérêt. Cliquer sur **Terminé**. Le volume des voies aériennes et la zone la plus étroite sont affichés dans l'espace de travail Patient 3D.
-
-  Indiquer un canal dentaire. Cliquer sur le premier point d'ancrage. Puis cliquer sur chaque point d'ancrage suivant. Cliquer avec le bouton droit pour terminer.
- Régler l'annotation du canal dentaire en déplaçant les points d'ancrage sur la vue.
 - Tous les points d'ancrage s'afficheront sous forme d'une ligne dans l'onglet **Annotation** de SmartPanel.
-
-  Tracer une ligne de coupe personnalisée dans n'importe quelle vue de coupe de l'espace de travail Patient 3D (coronale/sagittale/axiale) pour créer une coupe personnalisée afin d'inspecter les données TDM(CB) en détail. Par exemple pour marquer et inspecter les canaux radiculaires et faire des annotations.
- Déplacer la coupe personnalisée en cliquant sur la ligne de coupe et en la faisant glisser.
 - Faire pivoter la coupe personnalisée en cliquant dessus et en faisant glisser l'une des extrémités de la coupe.
-
-  Définir la **morphologie de la racine** en indiquant des points de référence dans la section apicale de chaque canal radiculaire.
1. Faire défiler les coupes pour trouver une position optimale.
Remarque
Si nécessaire, indiquer à nouveau le centre de la dent dans la vue **Horizontale** en cliquant et en faisant glisser le centre.
 2. Cliquer sur une position dans l'une des vues.
 3. La visualisation du canal radiculaire est immédiatement affichée dans la vue **Canal radiculaire**.
 4. Cliquer sur **Ajouter un point** pour ajouter un nouveau point de référence, si nécessaire.
 5. Cliquer sur **Terminé**.
-
-  Détecter les zones cibles susceptibles de contenir des résultats dentaires. [Voir page 53](#).
-
-  Ignorer les zones cibles détectées.

Onglet Annoter

-
-  Ajouter du texte à une image.
-
-  Dessiner des segments de lignes avec le stylo. Toutes les lignes s'afficheront en tant qu'annotation dans l'onglet **Annotation** de SmartPanel™.

Onglet Annoter

-  Dessiner des lignes de forme libre avec le stylo.
-  Tracer un cercle.
-  Tracer une flèche.
-  Sélectionner l'épaisseur de ligne pour une annotation.

Onglet Mesurer

-  Mesurer la valeur UH d'un point. Cliquer sur un point de la scène pour en mesurer la valeur UH ou les niveaux de gris.
-  Mesurer une distance linéaire. Cliquer sur les deux points à utiliser pour mesurer la distance. Si l'image n'a pas encore été calibrée, saisir une valeur de référence. La mesure de calibration sera indiquée et l'objet de calibration sera ajouté à l'onglet **Annotation** de SmartPanel™. La mesure (et sa précision) est affichée.
-  Mesurer des segments. Cliquer sur le premier point. Puis cliquer sur chaque point suivant. Cliquer avec le bouton droit pour terminer.
-  Mesurer un angle. Cliquer sur trois points.

Onglet Plan

-  Poser un implant. Cet outil peut être utilisé dans n'importe quel espace de travail contenant des données TDM(CB).
-  Gérer quels implants peuvent être placés.
-  Ajouter une autre planification de l'implant. Une fois terminé, basculer entre les planifications d'implants via l'onglet **Planification de l'implant** de SmartPanel.

Onglet radiographie 3D

-  Configurer automatiquement les données TDM(CB) et l'annotation du nerf mandibulaire à l'aide de l'algorithme MagicAssist codé par IA. Tous les points détectés automatiquement peuvent être réglés manuellement. Les radiographies 3D contenant des attributs automatiquement détectés sont étiquetées « Auto » dans le coin inférieur droit.

Onglet radiographie 3D



Modifier l'orientation du modèle du patient. Le modèle patient 3D peut être orienté dans la position souhaitée en déplaçant et en faisant pivoter le modèle dans les vues 3D.

1. Cliquer sur l'icône de panoramique ou l'icône de rotation , ou appuyer sur la touche de tabulation pour passer du mode rotation au mode déplacement et inversement. Le mode sélectionné apparaît en vert.
2. Faire glisser le modèle jusqu'à ce qu'il soit correctement aligné sur les lignes de référence.
3. Cliquer sur **Terminé**.



Ajuster la courbe panoramique. Indiquer les points et les dents comme demandé. Si les dents n'apparaissent pas clairement, faire défiler ou utiliser le curseur gris à droite pour ajuster la position de la coupe axiale par rapport au plan indiquant le montage prospectif de dents du commerce (convergeant à peu près avec le plan occlusal).

Si nécessaire, régler la courbe :

- Cliquer sur des points de contrôle individuels et les faire glisser pour ajuster la courbe.
- Cliquer sur la courbe pour ajouter un nouveau point de contrôle.
- Cliquer et faire glisser la zone alentour pour déplacer la courbe complète.



Définir la zone ATM. Indiquer la position de la tête condylienne, comme illustré dans l'assistant. Cliquer sur **Terminé**. L'espace de travail ATM est ouvert, afin de pouvoir comparer la position de la tête condylienne gauche et droite et d'examiner la zone de l'articulation temporo-mandibulaire.



Régler la position des dents. Sur le schéma dentaire, sélectionner la dent que vous souhaitez calibrer. Faire glisser la dent sur sa position correcte sur la coupe axiale. Régler l'axe de la dent sur la coupe perpendiculaire.



Régler le seuil osseux. Cliquer sur une vue 3D et la faire glisser horizontalement pour régler la valeur du seuil osseux.



Nettoyer le modèle patient en supprimant les pièces redondantes. Cliquer sur un point de la scène pour commencer un tracé autour de la section qui doit être supprimée. Cliquer avec le bouton droit pour confirmer.

Remarque

Pour restaurer le modèle patient d'origine, cliquer sur **•••** à côté de **Visualisation 3D** dans l'onglet **Vue** de SmartPanel. Sélectionner **Réinitialiser le modèle 3D**.



Générer une radiographie panoramique. La vue panoramique (coupe) est ajoutée aux données du patient sous la forme d'une image 2D. L'image générée est affichée dans l'espace de travail Panoramique.



Générer des céphalométries 3D sur la base de la radiographie 3D importée.

Onglet Acquisition IO



Configurer automatiquement les acquisitions IO.



Aligner ou réaligner une acquisition IO sur la radiographie 3D.



Boucher les trous* de toutes les acquisitions d'arcades et diagnostiques actuellement visibles dans l'espace de travail de l'acquisition IO. Choisir de boucher les petits trous ou tous les trous. Cliquer sur [Boucher les trous](#). La texture ajoutée est indiquée en bleu.

* Pour Windows uniquement.



Comparer des acquisitions IO pour suivre la rétraction gingivale, l'usure des dents et d'autres différences. Sélectionner une acquisition IO à comparer avec l'acquisition de référence. Cliquer sur [Terminer](#).

Par défaut, une carte de distance colorée est appliquée. Sur l'onglet [Vue](#) de SmartPanel™, sélectionner [Recouvrir](#) pour afficher les deux acquisitions alignées l'une avec l'autre. Désactiver la comparaison en désactivant l'option [Comparaison des acquisitions](#).



Calculer les dents virtuelles avec SmartSetup.

Rapports

Création de rapports

Pour créer un rapport contenant des résultats ou afin de l'utiliser comme modèle pour les lettres relatives aux patients :

1. Dans DTX Studio Clinic, ouvrir le menu patient.
2. Cliquer sur [Exporter](#)  et sélectionner [Rapport](#).
3. Sélectionner un modèle de rapport.
4. Cliquer sur [Exporter le rapport](#).
5. Le rapport est exporté dans un format .odt modifiable et ouvert dans l'éditeur de texte par défaut, par exemple Microsoft Office, LibreOffice ou OpenOffice Writer.
6. Apporter des modifications, si nécessaire.
7. Enregistrer le rapport.

Ajout de logos personnalisés de cabinets

Par défaut, l'icône de DTX Studio Clinic est ajoutée à l'en-tête des rapports. Pour ajouter un logo personnalisé :

1. Dans la barre latérale des [paramètres](#) de DTX Studio Home, cliquer sur [Général](#).
2. Cliquer sur [Naviguer](#).
3. Sélectionner un nouveau logo.
4. Cliquer sur [Ouvrir](#).
5. Cliquer sur [OK](#).

Ouverture de DTX Studio Implant

Connexion à DTX Studio Clinic et DTX Studio Implant

1. Dans la barre latérale des [paramètres](#) de DTX Studio Home, cliquer sur [DTX Studio Implant](#).
2. Cliquer sur [Naviguer](#) pour accéder à l'emplacement sur l'ordinateur où est installé DTX Studio Implant.

Remarque

Définir l'emplacement des données du patient au cas où vous devriez ajouter manuellement des données patient au dossier du patient dans DTX Studio Implant, c'est-à-dire, si un dossier patient existe déjà dans DTX Studio Implant ou que des scannages endobuccaux sont exportées vers DTX Studio Implant, mais ne sont pas alignées avec la radiographie 3D.

3. Cliquer sur [OK](#).

Lancement de DTX Studio Implant

1. Sélectionner le dossier patient dans la liste des patients.
Remarque
Au moins une radiographie 3D doit être disponible pour ce patient.
2. Cliquer sur [Implant](#) .
3. Sélectionner [Ouvrir patient existant](#) ou [Exporter vers nouv. patient](#).
4. S'il y a plusieurs radiographies 3D, sélectionner la vignette appropriée.
5. Cliquer sur [Exporter](#).
6. Un message de réussite s'affiche. Cliquer sur [OK](#).
7. Le dossier patient est créé et/ou ouvert dans DTX Studio Implant.

Commandes et collaborations partenaires

Commande d'une planification chirurgicale, d'un guide chirurgical ou d'une restauration

1. Sélectionner le dossier patient dans la liste des patients.
2. Cliquer sur [Collaborer](#) .
3. Passer la souris sur [Planification chirurgicale](#) , [Guide chirurgical](#)  ou [Restauration](#) .
4. Cliquer sur [Sélectionner](#).
5. Sélectionner les données patient à envoyer au laboratoire ou chez le praticien.

6. Cliquer sur [Continuer](#).
7. Un brouillon de commande est créé sur DTX Studio Go. Ajouter les données manquantes et envoyer la commande au laboratoire ou au praticien connecté.
8. Cliquer sur [Commandes](#)  dans la barre latérale pour afficher toutes vos commandes.

Remarque

À noter qu'il se peut que la vente de certains produits décrits dans ces instructions d'utilisation ne soit pas autorisée dans tous les pays.

Établissement d'une connexion avec un partenaire

Certains partenaires tiers peuvent fournir des services directement intégrés à DTX Studio Clinic. La commande peut être créée dans DTX Studio Clinic et soumise au système du partenaire.

Si des fournisseurs de services sont disponibles dans votre région, commencer par la connexion à votre compte partenaire dans DTX Studio Go.

1. Cliquer sur [Collaborer](#) .
2. Passer la souris sur le nom du partenaire et sélectionner [Configurer](#).
3. Cliquer sur [Continuer](#).
4. Suivre les instructions dans DTX Studio Go pour terminer la connexion.

Commande directe auprès d'un partenaire

Une fois la connexion au compte partenaire établie dans DTX Studio Go, vous pouvez utiliser les services associés.

1. Cliquer sur [Collaborer](#) .
2. Passer la souris sur le nom du partenaire et cliquer sur [Sélectionner](#).
3. Sélectionner les données du patient que vous souhaitez envoyer.
4. Cliquer sur [Continuer](#).
5. Les fichiers sont chargés.
6. Continuer le processus de commande sur le site Web du partenaire.
7. Une fois soumise, la commande est ajoutée à la vue d'ensemble [Commandes](#) dans le dossier du patient.

Affichage du cas partenaire ou ajout de nouvelles données

1. Sélectionner le dossier patient dans la liste des patients.
2. Cliquer sur l'onglet [Commandes](#).
 - Cliquer sur [Afficher le cas](#) pour ouvrir le cas sur le site Web du partenaire.
 - Cliquer sur [Ajouter de nouvelles données](#) pour soumettre de nouvelles données au cas.

Détection de la zone cible

Qu'est-ce que la détection de zone cible ?

DTX Studio Clinic permet de détecter automatiquement des zones cibles sur des images radiographiques endobuccales 2D (REB). Les dispositifs d'acquisition de REB peuvent être soit des capteurs numériques, soit des lecteurs de plaques analogiques.

La détection de zone cible est un algorithme codé par IA (intelligence artificielle) utilisant un réseau neuronal convolutif pour la segmentation d'images afin de localiser les régions d'intérêt où pourrait se trouver des résultats dentaires ou un artefact d'acquisition. Une zone cible approuvée est automatiquement convertie en résultat de diagnostic pour ce patient.

Les zones cibles prises en charge pour les résultats dentaires sont les caries, les lésions apicales, les pertes du canal radiculaire, les pertes marginales, les pertes osseuses et le tartre.


Les zones cibles prises en charge pour les artefacts d'acquisition sont les chevauchements et les rayures.

Utilisation de la détection de zone cible

Lorsque des images endobuccales sont acquises ou importées, la détection de zone cible est exécutée automatiquement pour vérifier si les images contiennent des zones nécessitant une attention particulière. La ligne bleue sur les images illustre cette situation.


Si une image montre d'éventuels résultats dentaires, une icône bleue  de [Détection de la zone cible](#) s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'image, avec un chiffre indiquant le nombre de résultats dentaires.

Lorsqu'une image ne contient pas l'icône bleue, soit aucun résultat dentaire possible n'a été détecté, soit l'image n'a pas été vérifiée. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de résultats dentaires. Il convient d'être prudent lors de l'utilisation de cette fonction.




Détection de la zone cible

Cliquer sur une image pour l'ouvrir. Les zones cibles sont visualisées sur les images endobuccales à l'aide d'annotations de la zone cible. Ces annotations indiquent le numéro de la dent (s'il est connu) et le type de résultat dentaire potentiel détecté.



Une indication de la localisation des résultats dentaires potentiels est visualisée lors du survol de la zone cible.

Après votre analyse, choisir d'accepter le résultat dentaire potentiel en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur la zone cible ou de le rejeter en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la zone cible.



Quand un résultat est accepté, la zone cible devient jaune et se transforme automatiquement en résultat de diagnostic. Il est ajouté à l'onglet **Résultats** de SmartPanel.

Les zones cibles sont également répertoriées dans l'onglet **Annotation** de SmartPanel et peuvent être affichées ou masquées grâce aux icônes de visibilité de la fonction de visibilité de SmartPanel.


Détection de la zone cible

Chevauchements et rayures

La détection de la zone cible vérifie également le chevauchement possible de plusieurs dents et/ou rayures. Si des chevauchements ou des rayures sont détectés, une notification s'affiche dans le coin inférieur droit.



Cliquer sur [Voir](#) pour vérifier la notification.





Nobel Biocare AB
Box 5190, 402 26
Västra Hamngatan 1,
411 17 Göteborg,
Suède

www.nobelbiocare.com


Distribué en Australie par :

Nobel Biocare Australia Pty Ltd
Level 4/7 Eden Park Drive
Macquarie Park, NSW 2114
Australie

Tél. : +61 1800 804 597



Importateur/représentant pour la Suisse :



Nobel Biocare Services AG
Balz Zimmermann-Strasse 7
8302 Kloten
Suisse



Responsable au Royaume-Uni :

Nobel Biocare UK Ltd.
4 Longwalk Road
Stockley Park
Uxbridge UB11 1FE
Royaume-Uni



ifu.dtxstudio.com/symbolglossary
ifu.dtxstudio.com

Distribué en Nouvelle-Zélande par :

Nobel Biocare New Zealand Ltd
33 Spartan Road
Takanini, Auckland, 2105
Nouvelle-Zélande

Tél. : +64 0800 441 657

Distribué en Turquie par :

EOT Dental
Sağlık Ürünleri ve Dış Ticaret A.Ş
Nispetiye Mah. Aytar Cad.
Metro İş Merkezi No: 10/7
Beşiktaş İSTANBUL
Tél. : +90 2123614901